

Název zadavatele:	Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sídlo:	Hroznová 63/2, 656 06 Brno
IČO:	00020338
Č. j.:	UKZUZ 110299/2020

Doplnění či změna zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Digestoře - 5ks“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P20V00000641**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 99 Zákona v tomto znění:

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 jako zadavatel veřejné zakázky "Digestoře - 5ks: Část 2 - Dodávka 1 ks digestoře - Opava" sděluje formou dodatečných informací k zadávacím podmínkám toto doplnění Výzvy k podání nabídky ze dne 10. 6. 2020 k výše uvedené zakázce (dále jen "Výzva").

V čl. III. Výzvy - Požadavky zadavatele k předmětu zakázky - 2. Minimální technické požadavky 1 ks digestoře pro pracoviště Opava se doplňuje tento technický parametr: Rozměry digestoře:

- vnitřní hloubka max. 700 mm, hloubka korpusu digestoře max. 900 mm.

S ohledem na doplnění zadávací dokumentace a charakter úpravy Výzvy nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 18.06.2020

Ing. Daniel Jurečka, ředitel