



MISTO / DATUM
V Brně 19.6.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace – Biohazard box

Vážení,

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., jako centrální zadavatel veřejné zakázky s názvem Hlubokomrazící box obdržel dne 16. 6. 2020 prostřednictvím systému EZAK žádost účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění žádosti a odpověď.

Dotaz č.1

Dobrý den,

prosíme zadavatele o upřesnění klasifikace požadovaných ULPA filtrů dle ČSN EN 1822:2010.

Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď č.1

Alespoň U15.

V návaznosti na upřesnění vlastností dodávaného zařízení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **3. 7. 2020 do 12:00 hodin.**

Prodloužení lhůty pro podání nabídek i vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

S pozdravem

V zastoupení centrálního zadavatele:

HYDROPROGRESS, s.r.o.

Sevastopolská 6

625 00 Brno