



MISTO / DATUM
V Brně 1.7.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace – Biohazard box

Vážení,

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., jako centrální zadavatel veřejné zakázky s názvem Biohazard box obdržel dne 23. 6. a 24.6. 2020 prostřednictvím systému EZAK žádost účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění žádosti a odpověď.

Dotaz č.1

V zadávací dokumentaci v odstavci „V. Požadavky na prokázání kvalifikace, část Technická kvalifikace, část prokázání kvalifikace získané v zahraničí požaduje zadavatel doložení: Seznam významných dodávek bude obsahovat alespoň 1 významnou dodávku biohazard boxu v hodnotě minimálně 100 000 Kč bez DPH.“

Otázka:

Připouští zadavatel splnění tohoto požadavku formou vydání čestného prohlášení v AJ jazyce výrobcem bezpečnostních boxů v zahraničí a pověřením uchazeče o jeho výhradním obchodním zastupení v ČR?

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení již v minulosti, v posledních 5 letech, dodával a instaloval dodávané zařízení, tj. biohazard box v minimální hodnotě 100 000 Kč bez DPH. Tuto kvalifikační podmínku deklaruje podepsáním přiloženého Čestného prohlášení – Příloha č.3. Dle zadávací dokumentace musí být nabídka podána v českém nebo slovenském jazyce, pouze katalogové listy mohou být v originále. Na základě výše uvedeného musí účastník četně prohlásit (doložit), že již dodával biohazard box, proto nelze doložit technickou kvalifikaci pouze čestným prohlášením výrobce bezpečnostních boxů.

Dotaz č.2

V dokumentu „Technická specifikace technologie/vybavení, vlastnosti“ požaduje zadavatel Biohazard box je nezbytný pro omezení rizika vzájemné kontaminace vzorků během přípravy PCR a při práci s tkáňovými kulturami...“ kde zadavatel požaduje vybavení mimo jiné dvěma ULPA filtry.

Otázka:

Připouští zadavatel konstrukci boxů vybavené účinnými HEPA filtry, splňující kritéria účinnosti dle harmonizovaných norem EN ISO 14644: 2015 ISO Class 5 a obecně EN 12469:2000?

Odpověď:

Nepřipouští.

Dotaz č.3

V dokumentu „Technická specifikace technologie/vybavení, v odstavci další požadované vlastnosti“ požaduje zadavatel mimo jiné ... plynový kahan s nožním pedálem součástí dodávky.“

Otázka:

Myslí tím zadavatel plynový kahan a nožní pedál součástí dodávky, nebo ovládání nožním pedálem biohazard boxu?

Odpověď:

Plynový kahan s možností ovládání nožním pedálem.

Dotaz s minulého vysvětlení zadávací dokumentace:

b.) Náš dotaz zní:

Pro dotaz b.) Tímto vás žádáme, jestli můžeme nabídnout přístroj, který splňuje všechny vaše technické požadavky, nebo je i překračuje, ale má vnitřní rozměry š 1490 x h. 58 cm ??

odpověď k bodu b)

Rozměry vnitřní plochy 1490 x 58 cm akceptujeme.

V návaznosti na upřesnění vlastností dodávaného zařízení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **10. 7. 2020 do 10:00 hodin.**

Vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

S pozdravem

V zastoupení centrálního zadavatele:

HYDROPROGRESS, s.r.o.

Sevastopolská 6

625 00 Brno