

Č. j. PVL-52823/2020/420



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Kendíkem, ředitelem sekce správy povodí
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Mikrovltný rozkladný systém
Druh řízení: řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě otevřené výzvy
Datum zahájení řízení: 22. 7. 2020

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK ZE DNE 31. 7. 2020

V části A (základních technických parametrech) požadujete *Meření teploty a tlaku reakční směsi v nádobách pomocí bezkontaktní technologie*. Nikde však není uveden požadavek na počet nádob, které mají umožňovat měření tlaku a teploty. Jelikož má tento parametr značný vliv na celkovou cenu nabízeného zařízení, tak pokud by nebyl jednoznačně definován, může dojít k situaci, že nabídky na mikrovltný tlakový systém nebudou srovnatelné.

Může tedy zadavatel specifikovat počet nádob, které mají umožňovat měření tlaku a teploty v průběhu rozkladu?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Měření tlaku - požadujeme možnost měření tlaku alespoň v jedné nádobě během celého průběhu rozkladného procesu bezkontaktní technologií. Požadujeme dodání dvou nádob s objemem 90 -110 ml s možností měření tlaku a jedné nádoby s objemem 60 -75 ml s možností měření tlaku.

Měření teploty - požadujeme možnost měření teploty reakční směsi ve všech rozkladných nádobách během celého průběhu rozkladného procesu bezkontaktní technologií.

V Praze dne 4. 8. 2020


RNDr. Marek Liška, Ph.D.
vedoucí útvaru laboratoří