

Č. j. PVL-53862/2020/420



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Kendíkem, ředitelem sekce správy povodí
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Mikrovltný rozkladný systém
Druh řízení: řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě otevřené výzvy
Datum zahájení řízení: 22. 7. 2020

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK ZE DNE 5. 8. 2020

1. Je nutné, aby uchazeč prokázal, že prodal přístroj za nejméně 600 000,- Kč? (Ve formuláři máte 700 000,- Kč.) Technicky srovnatelné přístroje přece mohou být i levnější a účelem výběrového řízení je dosáhnout nejnižší ceny.
2. Je nutné, aby přístroj měl 12 pozic? Rozhodující je, kolik vzorků za směnu rozloží.
3. Proč nesmí být k otevírání použit momentový klíč? Práce s ním není nijak namáhavá a zvládnou ji i ženy.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

1. Zadavatel při stanovení kritérií technické kvalifikace vychází z jemu dostupných informací o cenách obdobných produktů a dále z požadavků na technické parametry a vlastnosti požadovaného přístroje. Z tohoto důvodu je ve Výzvě k podání nabídky v odstavci bodu H3 uvedena částka 600 000 Kč bez DPH. V příloze č. 2 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace došlo k opravě požadované minimální hodnoty na 600 000 Kč bez DPH.
2. Požadavek na možnost rozkladu minimálně 12 vzorků během jednoho rozkladného procesu je s ohledem na průchodnost vzorků laboratoří nezbytný, preferujeme zpracování vzorků ve větších sadách s vloženým referenčním vzorkem.
3. Požadavek na manipulaci s nádobkami bez momentového klíče považujeme za relevantní a to zejména z důvodu časové úspory při práci s velkým množstvím vzorků a dále jednodušší a bezpečnější manipulaci s

tlakovými nádobkami. Uvedený požadavek vychází i z předchozích zkušeností z práce s momentovým klíčem.

V Praze dne 7. 8. 2020



RNDr. Marek Liška, Ph.D.
vedoucí útvaru laboratoří