



MISTO / DATUM
V Brně .24.8.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace – Chlazený mikrobiologický inkubátor

Vážení,

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., jako centrální zadavatel veřejné zakázky s názvem Chlazený mikrobiologický inkubátor obdržel prostřednictvím systému EZAK žádost účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění žádosti a odpověď.

Dotaz č.1

Dobrý den, prosím o informaci zda je požadovaný inkubátor i s řízenou vlhkostí, nebo pouze s chlazením. Dle tabulky Technická specifikace viz. Spolehlivá stabilita parametrů prostředí - teploty, vlhkosti

Odpověď č.1

Stačí chlazení.

Vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

S pozdravem

V zastoupení centrálního zadavatele:

HYDROPROGRESS, s.r.o.
Sevastopolská 6
625 00 Brno


Hydroprogress, s.r.o. ©
Sevastopolská 328/6, 625 00, Brno
IČ: 04449461, DIČ: CZ04449461