



MISTO / DATUM
V Brně 24.8.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace – Laboratorní centrifuga chlazená

Vážení,

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., jako centrální zadavatel veřejné zakázky s názvem Laboratorní centrifuga obdržel prostřednictvím systému EZAK žádost účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění žádosti a odpověď.

1) Dotaz:

Požadujete nastavení teploty od -20°C. Takto nízká teplota centrifugace se v laboratořích nepoužívá, a proto většina světových výrobců udává jako minimální nastavitelnou teplotu -10°C. Bylo by možné tuto podmínku stanovit na -10°C a odstranit tím diskriminaci ostatních uchazečů?

Odpověď:

Ano.

2) Dotaz č.1

V technické specifikaci požadujete úhlový rotor o kapacitě 48 x 1,5/2 ml, přičemž náš rotor disponuje 44 x 1,5/2 ml, což je v obvyklé toleranci +/- 10 % při uvádění požadovaných technických parametrů u VZ. Bude zadavatel akceptovat rotor o kapacitě 44 x 1,5/2 ml ?

Odpověď č.1:

Ano

Dotaz č.2

V technické specifikaci požadujete úhlový rotor 6 x 50 ml nebo rotor pro mikrodestičky. Který z těchto rotorů preferujete ?

Odpověď č.2:

Je to jedno. Optimálně jeden z nich součástí dodávky a druhý součástí příslušenství centrifugy k pozdějšímu dokoupení.

3) Dotaz:

Naše společnost dodává model chlazené centrifugy s možností nastavení teplot v rozsahu -11°C až +40°C. Ostatní požadované parametry specifikace náš přístroj splňuje.

Tento dotaz byl podáván již v rámci zrušené Veřejné zakázky „Laboratorní chlazená centrifuga“ z června 2020 a bylo vyhověno. Bude zadavatel znovu souhlasit s dodáním přístroje s takto nastavitelnými parametry (-11 až +40 °C)?

Odpověď:

Ano.

4) Dotaz č. 1

Jaké rotory mají být součástí dodávky?

Rotor pro 24 x 1,5/2 ml zkumavky je stejně velký jako rotor pro 48 x 1,5/2 ml zkumavky, jen má jiný počet míst. Mají být oba rotory součástí dodávky? Pokud ano, bude zadavatel akceptovat za rotor 24 x 1,5/2 ml rotor 36 x 1,5/2 ml?

Odpověď č.1:

Ne.

Dotaz č.2

Má být součástí dodávky úhlový rotor 6 x 50 ml i rotor pro mikrodestičky? 50 ml zkumavky mají kulaté nebo konické dno?

Odpověď č.2:

Stačí jeden z nich. 50 ml zkumavky s konickým dnem.

5) Dotaz

Budete prosím akceptovat centrifugu s požadovanými specifikacemi a s úhlovým rotorem, který má kapacitu 44 x 1,5/2 ml?

Odpověď:

Nebudeme.

V návaznosti na upřesnění vlastností dodávaného zařízení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **3. 9. 2020 do 10:00 hodin**.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek i vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

S pozdravem

V zastoupení centrálního zadavatele:

HYDROPROGRESS, s.r.o.
Sevastopolská 6
625 00 Brno

Hydroprogress, s.r.o. ©
Sevastopolská 328/6, 625 00, Brno
IČ: 04449461, DIČ: CZ04449461