



MISTO / DATUM
V Brně 24.8.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace – Hlubokomrazící box

Vážení,

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., jako centrální zadavatel veřejné zakázky s názvem Hlubokomrazící box obdržel prostřednictvím systému EZAK žádost účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění žádosti a odpověď.

Dotaz č.1

V technických specifikacích zadavatel požaduje "Alarm - Optický a akustický alarm odchylky teploty. Možnost nastavení horní a dolní meze alarmu, alarm výpadku el. proudu, alarm závady kompresoru, alarm vadných čidel, GSM alarm." Je položka "GSM alarm" požadována jako součást dodávky, nebo jako volitelné příslušenství, které je možno doplnit dodatečně?

Odpověď č.1

GSM alarm by měl být součástí dodávky.


V návaznosti na upřesnění vlastností dodávaného zařízení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **3. 9. 2020 do 10:00 hodin**.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek i vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

S pozdravem

V zastoupení centrálního zadavatele:

HYDROPROGRESS, s.r.o.
Sevastopolská 6
625 00 Brno


Hydroprogress, s.r.o. ©
Sevastopolská 328/6, 625 00, Brno
IČ: 04449461, DIČ: CZ04449461