

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. §§98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“)
č. I

Název veřejné zakázky:	Vybavení úřední laboratoře
Zadavatel:	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Sídlo:	Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky
IČ:	00019453
Zastoupený:	MVDr. Jiří Burešem, ředitelem ÚSKVBL
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

Zadavatel v souladu s §§ 98 a 99 zákona zveřejňuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 25. 8. 2020 od dodavatele žádost č. 1 o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení, změnu nebo doplnění k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Žádost o vysvětlení č. 1

Dobrý den,

rádi bychom tímto požádali o poskytnutí dodatečných informací v rámci tohoto VŘ a u části 2-ELISA spektrofotometr (reader) s PC a SW a prosím o odpovědi na naše následující dotazy:

Dotaz č. 1/1:

Je pro vás přípustné nabídnutí Elisa spektrofotometru bez dotykové obrazovky na vlastním těle přístroje (varianta s ním již není u našeho výrobce dostupná), kdy součástí příslušenství bude nabídnut vámi požadovaný řídicí PC s požadovaným ovládacím software v českém jazyce pro programování metodik měření?

Odpověď č. 1/1:

Ano. Zadavatel připouští nabídnutí ELISA spektrofotometru bez dotykové obrazovky na vlastním těle, pokud bude součástí příslušenství nabídnut požadovaný PC s požadovaným SW v českém jazyce.

Zadavatel tak upravuje technickou specifikaci pro část 2 veřejné zakázky, kdy v čl. 1.3 zadávací dokumentace bod:

- Dotyková obrazovka

není nadále závazným technickým požadavkem plnění veřejné zakázky za předpokladu, že dodavatel splnění veškeré ostatní technické požadavky veřejné zakázky uvedené zadavatelem.

Dotaz č. 1/2:

V technické specifikaci přístroje dále požadujete: Možnost termostatování

Znamená to opravdu, že přístroj musí být ihned při jeho dodání vybaven možností termostatování např. v rozsahu teplota okolí až +42°C? Tento modul přístroj velmi prodražuje a vzhledem ke stanovené maximální ceně přístroje a rozsahu příslušenství (PC a software) si tuto informaci chceme ověřit.

Odpověď č. 1/2:

Přístroj nemusí být ihned při dodání vybaven možností termostatování.

Jedná se o možnost pozdějšího doplnění termostatovací jednotky.

Zadavatel současně se zveřejněním tohoto vysvětlení, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace v souladu s § 99 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek a odešle do Věstníku veřejných zakázek opravu zadávací dokumentace spočívající ve změně lhůty pro podání nabídek. Zadavatel prodlouží lhůtu tak, aby od zveřejnění tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila celou svou původní délku.

Nový termín pro podání nabídky tak je pro každou část veřejné zakázky 29. září 2020 v 11:00 hodin.

V Pardubicích dne 28. srpna 2020

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.