



MISTO / DATUM
V Brně 30.8.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace – Laboratorní centrifuga

Vážení,

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., jako centrální zadavatel veřejné zakázky s názvem Laboratorní centrifuga obdržel prostřednictvím systému EZAK žádost účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění žádosti a odpověď.

Dotaz č.1

Dobrý den,

opakuji dotaz:

Rotor pro 24 x 1,5/2 ml zkumavky je stejně velký jako rotor pro 48 x 1,5/2 ml zkumavky, jen má jiný počet míst. Mají být oba rotory součástí dodávky? Pokud ano, bude zadavatel akceptovat za rotor 24 x 1,5/2 ml rotor 36 x 1,5/2 ml?

Odpověď: "ne" není dostačující.

Odpověď č.1:

Trváme na dodávce 24místného rotoru, který je u většiny centrifug obvyklý.

Vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

S pozdravem

V zastoupení centrálního zadavatele:

HYDROPROGRESS, s.r.o.

Sevastopolská 6

625 00 Brno


Hydroprogress, s.r.o. ©
Sevastopolská 328/6, 625 00, Brno
IČ: 04449461, DIČ: CZ04449461