

**Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z
veřejné zakázky malého rozsahu**

Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II – MBB II („biohazard box“)

Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Sídlem: Hudcova 296/70, 62100 Brno – Medlánky

IČ: 488127

Zastoupený: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., pověřen řízením

ROZHODUJE

o vyloučení uchazeče KRD - obchodní společnost, s.r.o., Pekařská 603/12, Praha 5 155 00,
IČ: 26424991 z výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.

Odůvodnění:

Uchazeč KRD - obchodní společnost, s.r.o., Pekařská 603/12, Praha 5, neoprávněně provedl zásah do zadávacích podmínek - Příloha č.4 Technická specifikace a zároveň nesplnil všechny zadávací podmínky požadované zadavatelem.

Konkrétně se jedná o technickou podmínku, že přípojky technologií (plyn, vakuum, elektřina) budou ze zadní nebo horní strany zařízení. Uvedený uchazeč splnil tuto podmínku pouze u přípojky elektřiny, u plynu a vakuu deklaruje jejich přípojky z boku přístroje.

V Brně dne 12.12.2019


.....
prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
pověřen řízením