

V Praze dne 23. 10. 2020

Dodatečná informace č. 2

Pro zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem:

„Nákup scanneru pro NZM“

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO: 75075741, sídlo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7**, doplňuje a vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotazy vyplývají ze žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce ze dne 22. 10. 2020 od společnosti AMPACO ČR s.r.o., IČO: 25153820.

Dotaz zněl:

Dobrý den,

rádi bychom se ještě jednou vyjádřili k našemu předchozímu dotazování.

Navrhujeme upravit následující specifikaci:

1) "- Nativní optické (neinterpolované) rozlišení nejméně 600 dpi dostupné k reprodukci originálů o maximální velikosti nejméně 90 x 200cm." - Níže uvádíte, že rozlišení musí být škálovatelné pro celou plochu od 400dpi a více, navrhujeme tedy tento požadavek nahradit následovně: "- Nativní optické (neinterpolované) rozlišení nejméně 400 dpi dostupné k reprodukci originálů o maximální velikosti nejméně 90 x 200cm."

Jedná se nám o to, že žádný skener na světě Vám nedokáže zajistit rozlišení 600 PPI při ploše 90×200cm a tedy vaše veřejná zakázka by zůstala bez nabídky. Opravdu tedy doporučujeme změnit výše uvedený parametr z 600 DPI na 400 DPI. Navíc je obecně známo, že už rozlišení 300 PPI Vám zajistí naprosto autentickou reprodukci materiálu.

Odpověď: Zadavatel požadavku nevyhovuje a technickou specifikaci nechává nezměněnou.

S pozdravem

A. Říha

administrátor veřejných zakázek