

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Sídlo: Hudcova 296/70, 62100 Brno – Medlánky
IČ: 00027162
DIČ: CZ00027162

**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

**Název veřejné
zakázky:** „Robotická stanice – manipulátor s kapalinami v malých
objemech“

Způsob zadání: zjednodušené podlimitní otevřené řízení dle zákona

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem díla je kompletní obstarání všech prací, dodávek a služeb souvisejících s plněním zakázky „Robotická stanice – manipulátor s kapalinami v malých objemech“.

Předmětem díla je dodávka uvedeného přístroje.

II. Identifikační údaje účastníka, s nímž byla uzavřena smlouva

Obchodní firma: BioTech a.s.
Sídlo: Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10
IČ: 25664018

S výše jmenovaným účastníkem byla uzavřena smlouva o dílo v hodnotě **4 129 000 Kč bez DPH**.

Účastník byl vybrán dle kritéria ekonomická výhodnost nabídky hodnoceného podle nejnižší nabídkové ceny v souladu s § 114 odst. 2 zákona.

III. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Dodavatel (název / obchodní firma, sídlo, IČ)	Datum doručení nabídky
1	BioTech a.s., Služeb 3056/4, 108 00 Praha IČ: 25664018	04.08.2021 11:05:33
2	Sygnis New Technologies sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warsaw, Poland, IČ: 363093300	20.08.2021 16:15:18

IV. Identifikační údaje vyloučených účastníků vč. odůvodnění vyloučení

S odkazem na článek XI., bod 7. Výzvy si zadavatel vyhradil právo nabídku účastníka výběrového řízení, který nesplní podmínky tohoto výběrového řízení, nezahrnout do hodnocení nabídek. Účastník Sygnis New Technologies sp. z o.o. nesplnil jednu z podmínek požadovanou v rámci technické specifikace. Konkrétně se jedná o požadovaný parametr přístroje - „z/do 1,5 ml zkumavek typu Eppendorf“. Tuto podmínku uvedený účastník nesplnil. Tím nabídka účastníka nesplnila požadavky zadavatele a nabídka nebude tak zahrnuta do hodnocení nabídek.

V. Uvedení poddodavatelů veřejné zakázky

Vítězný účastník nepředpokládá plnění předmětu zakázky prostřednictvím poddodavatelů.


VI. Zjištění střet u zájmů

Nebyl zjištěn střet zájmů u žádné osoby podílející se na zadávacím řízení.

VII. Dělení zakázky na části

Zakázku, jejímž předmětem jsou stavební práce, není fakticky možné rozdělit na části. S ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky nelze uvažovat, že by v důsledku jejího nerozdělení na části došlo k omezení přístupu malých a středních dodavatelů.

V Brně dne 23.12.2021



MVDr Martin Faldyna., Ph.D. ředitel
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.