

Identifikační údaje zadavatele

Název	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Sídlo	Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky
IČ	00019453
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele	MVDr. Jiří Bureš, ředitel ÚSKVBL

Název, duh a režim zakázky

Název zakázky	Laboratorní přístroj pro USKVBL – Biohazard box
Druh zakázky	veřejná zakázka na dodávky dle § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 zákona
Režim zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 zákona

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení č. 1 ze dne 11. 01. 2022

Dotaz č. 1/1:

Dobrý den,

je pro vás přípustné nabídnout přístroje, který má vnější rozměr přístroje výšku (bez stojanu) 1545 mm a vnější rozměr přístroje hloubku 855 mm s tím, že hloubku je možné pro nastěhování přístroje do místnosti redukovat na 780 mm odstředěním zadního panelu a zároveň má vnitřní rozměr pracovního prostoru – konkrétně užitečnou hloubku pracovní plochy 580 mm?

Domníváme se, že tyto naše rozměry jsou velmi běžné pro tento typ biohazard boxu a hlavně 20 mm v hloubce pracovní plochy nehrají zásadní roli.

Děkujeme za odpovědi.

Odpověď č. 1/1:

Zadavatel nepřipouští nabídnutí přístroje se specifikací uvedenou v žádosti o vysvětlení výše.

Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil vnější rozměr přístroje jako maximální, resp. vnitřní rozměr pracovního prostoru jako minimální, s ohledem na podmínky dodání přístroje do místa plnění zakázky a zároveň potřebou Zadavatele na funkční vlastnosti přístroje. Stanovené rozměry Zadavatel nebude v rámci Zadávacího řízení upravovat.

Ustanovení Zadávací dokumentace tak zůstávají beze změny.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel nijak neupravuje lhůtu pro podání nabídek.

V Pardubicích dne 14. ledna 2022

**Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
zastoupený Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,
Mgr. Jiří Kolář**