

Identifikační údaje zadavatele

Název	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Sídlo	Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky
IČ	00019453
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele	MVDr. Jiří Bureš, ředitel ÚSKVBL

Název, duh a režim zakázky

Název zakázky	Laboratorní přístroj pro ÚSKVBL – Biohazard box
Druh zakázky	veřejná zakázka na dodávky dle § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 zákona
Režim zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 zákona

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. I. ze dne 14. 01. 2022

Žádost o vysvětlení č. 1 ze dne 11. 01. 2022

Dotaz č. 1/1:

Dobrý den,

je pro vás přípustné nabídnutí přístroje, který má vnější rozměr přístroje výšku (bez stojanu) 1545 mm a vnější rozměr přístroje hloubku 855 mm s tím, že hloubku je možné pro nastěhování přístroje do místnosti redukovat na 780 mm odstředěním zadního panelu a zároveň má vnitřní rozměr pracovního prostoru – konkrétně užitečnou hloubku pracovní plochy 580 mm?

Domníváme se, že tyto naše rozměry jsou velmi běžné pro tento typ bihazard boxu a hlavně 20 mm v hloubce pracovní plochy nehrají zásadní roli.

Děkujeme za odpovědi.

Odpověď č. 1/1:

Zadavatel nepřipouští nabídnutí přístroje se specifikací uvedenou v žádosti o vysvětlení výše.

Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil vnější rozměr přístroje jako maximální, resp. vnitřní rozměr pracovního prostoru jako minimální, s ohledem na podmínky dodání přístroje do místa plnění zakázky a zároveň potřebou Zadavatele na funkční vlastnosti přístroje. Stanovené rozměry Zadavatel nebude v rámci Zadávacího řízení upravovat.

Ustanovení Zadávací dokumentace tak zůstávají beze změny.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel nijak neupravuje lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. II. ze dne 27. 01. 2022

Žádost o vysvětlení č. 2 ze dne 24. 01. 2022

Dotaz č. 2/1:

Dobrý den, uvádíte, že pro vyloučení pochybností požaduje zadavatel právě dva nezávislé ventilátory a to z důvodu zajištění funkčnosti přístroje, a dále z důvodu zvýšených nákladů na validaci a provoz přístroje v případě 3 a více ventilátorů. Bohužel, právě díky této poznámce/požadavku naopak pochybnosti a dotazy vyvstávají.

Chtěl bych se zeptat, zda je přeci jen možné nabídnout variantu se třemi ventilátory, pokud jsou vybaveny nízkoeenergetickými EC motory s úsporou 76 % energie oproti klasickým ventilátorům a nižší hlučností. Cena validace není na počtu ventilátorů závislá. Můžete prosím uvést maximální příkon, který u laminárního boxu požadujete? Případně pokud neakceptujete moderní variantu se třemi ventilátory, tak jsme schopni nabídnout starší konstrukční řešení stejného modelu, který obsahuje pouze dva nezávislé ventilátory starého typu. Budete akceptovat tuto variantu? Chceme pouze upozornit, že je to krok zpět! Všechny ostatní parametry nabízený laminární box splňuje.

S pozdravem

Odpověď č. 2/1:

Zadavatel trvá na jím uvedené technické specifikaci předmětu plnění, a to z důvodů v Zadávací dokumentaci uvedených.

Zadavatel v Zadávacím řízení neuvádí hodnotu maximálního příkonu boxu.

Nabízené řešení se dvěma nezávislými ventilátory, v případě splnění i všech ostatních podmínek technické specifikace předmětu zakázky, splňuje zadávací podmínky a bude Zadavatelem akceptováno.

Ustanovení Zadávací dokumentace tak zůstávají beze změny.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel nijak neupravuje lhůtu pro podání nabídek.

V Pardubicích dne 27. ledna 2022

**Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
zastoupený Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,
Mgr. Jiří Kolář**