

Další požadavky:

31. Převzetí sestavy spektrofotometru kupujícím nastane po provedené instalaci dodávky v místě plnění, nastavení a vyladění systému tak, aby mohl prodávající doložit splnění instalačních požadavků podle zadání a zaškolení obsluhy. Pokud nedoručí k protokolárnímu předání sestavy včetně doložení splnění instalačních požadavků uvedených v technické specifikaci do 6 týdnů od dodání předmětu smlouvy, má kupující právo odstoupit od smlouvy.
32. Doložení splnění požadavků na detekční limity při předání (měření u zákazníka): mez stanovitelnosti bude vypočtena jako 10ti násobek směrodatné odchylky opakovatelnosti měření na koncentrační úrovni prvního bodu kalibrační závislosti. Počet opakování pro určení limitu je min. 10.
33. Instalace SW na místě až po připojení PC do domény zákazníka