

Identifikační údaje zadavatele

Název	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Sídlo	Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky
IČ	00019453
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele	MVDr. Jiří Bureš, ředitel ÚSKVBL

Název, duh a režim zakázky

Název zakázky	Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL
Druh zakázky	veřejná zakázka na dodávky dle § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 zákona
Režim zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 zákona

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení č. 1 ze dne 11. 7. 2022, jež byla podána k části zakázky č. 2

Dotaz č. 1/1:

Část 2 - Biologický termostat (inkubátor) s CO₂

Dobrý den, rádi bychom tímto požádali o poskytnutí dodatečné informace v rámci vašeho VŘ a prosíme o odpověď u části 2- Biologický termostat (inkubátor) s CO₂:

V uvedené požadované technické specifikaci přístroje máte m.j. uvedený požadavek: funkce – analogový výstup

Naše vysvětlení a následný dotaz k tomu:

Protože přístroj dle požadavku již disponuje výstupem usb (tento je součástí ovládacího panelu) pro stažení uložených dat z paměti přístroje. Rádi bychom se tedy zeptali, zda je pro vás přípustné nabídnutí vyhovujícího přístroje, který nemá součástí funkci analogový výstup?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď č. 1/1:

Zadavatel zpřesňuje technickou specifikaci v tom smyslu, že přístroj by měl mít analogový výstup nebo mít možnost jako příslušenství ho doplnit (v tomto případě nemusí být součástí základní výbavy), zadavatel tedy netrvá na uvedené technické specifikaci, tedy požadavku na funkci „analogový výstup“ jako součást základní výbavy a v tomto smyslu Zadavatel upřesnil přílohu 2b Zadávací dokumentace – „Kontrolní list technické specifikace“.

Zadavatel přikládá opravenou přílohu 2b „Kontrolní list technické specifikace“ k části 2 Zakázky, která je součástí souboru „Přílohy Zadávací dokumentace k části 2 Zakázky_verze 12.7.2022“.

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v čl. 19.1.1 Zadávací dokumentace, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek: do 15. srpna 2022 do 10:00 hodin

V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, který byl novým dokumentem nahrazen.

Nový dokument	Nahrazený dokument
„Zadávací dokumentace_verze 12.7.2022.pdf“	„Zadávací dokumentace.pdf“
„Přílohy Zadávací dokumentace k části 2 Zakázky_verze 12.7.2022.docx“	„Přílohy Zadávací dokumentace k části 2 Zakázky.docx“

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze přílohy č. 2b k části 2 Zakázky, než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

V Pardubicích dne 12. července 2022

**Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
zastoupený Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,
Mgr. Hana Dvořáková**

Přílohy:

- „Zadávací dokumentace_verze 12.7.2022.pdf“
- „Přílohy Zadávací dokumentace k části 2 Zakázky_verze 12.7.2022.docx“