

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona:

Veřejná zakázka na dodávky **„Dodávka laboratorních mikroskopů – 2ks“**

Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyjma ust. § 27 ZZVZ a 219 ZZVZ, a dále § 6 ZZVZ, podle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a vzhledem k povaze a smyslu zakázky zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ, a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně odkazuje v této výzvě.

I. Údaje o zadavateli

Úřední název: Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu
Sídlo: Brno, Hroznová 63/2, PSČ 603 00
IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338
Statutární zástupce: Ing. Daniel Jurečka, ředitel
Kont. osoba: Ing. Hana Romanová, odd. veřejných zakázek,
email: hana.romanova@ukzuz.cz
Č.j.: UKZUZ 115696/2022

II. Předmět zakázky

2. 1 Předmět zakázky

CPV kód: 38510000-3 Mikroskopy
NIPEZ: 17 Zařízení a vybavení specializovaných pracovišť

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks laboratorních motorizovaných mikroskopů s digitální kamerou a SW pro obrazovou analýzu s rozdílnými technickými parametry v souladu s technickou specifikací přístrojů dle čl. II., odst. 2.2 této výzvy. Předmětem dodávky jsou kompletní, nové a zcela funkční přístroje.

Veřejná zakázka se dělí na dvě části:

- Část 1) laboratorní mikroskop č. 1
- Část 2) laboratorní mikroskop č. 2

Účastník je oprávněn podat nabídku do každé části veřejné zakázky, tzn. může podat nabídku jak do jedné části, tak i do obou částí současně. Zadavatel uzavře smlouvu na každou část veřejné zakázky s tím dodavatelem, jehož nabídka bude v dané části pro zadavatele nejvýhodnější.

2. 2 Požadavky zadavatele k předmětu zakázky

Minimální technické požadavky přístroje pro Část 1) :

MIKROSKOP:

Laboratorní motorizovaný mikroskop s digitální kamerou a SW pro obrazovou analýzu a fotodokumentaci

Mikroskop musí být vybaven pro následující pozorovací metody:

- světlé pole a polarizace v procházejícím světle pro všechny objektivy 4,10,20,40,100,
- DIC (Nomarského diferenciálně interferenční kontrast) pro procházející světlo a objektivy se zvětšením 10x, 20x, 40x a 100x,

STATIV MIKROSKOPU:

- motorizované ostření integrované (nesmí být řešeno formou přídavných motorů k manuálnímu ostření), nezávislé hrubé a jemné ostření s rozsahem hrubého posuvu min. 20 mm, rozlišení Z osy min. 10nm, maximální rychlost pohybu min. 5 mm/s. Ostření realizováno pohybem objektivů, ne pohybem stolku. Stolek pevný. Jednotka s makro a mikro šroubem s variabilním umístěním buď jako součást stativu mikroskopu nebo libovolně umístěná na pracovní ploše, délka kabelu min. 2 m,
- Köhlerovo osvětlení, plynulá regulace intenzity, osvětlovací systém s halogenovou žárovkou min. 100 W. Konverzní filtr na denní světlo. Vestavěná elektronicky ovládaná polní clona,
- ovládání mikroskopu z řídicí jednotky s dotykovým displejem a zároveň ze SW včetně všech motorizovaných komponent (ostření, kondenzor, aperturní clona, polní clona, intenzita světla). Filtry pro polarizaci (polarizátor a analyzátor),

TUBUS:

- naklápěcí trinokulární tubus. Číslo zorného pole F.N. min. 26. Možnost nastavení úhlu vzhledu v rozsahu min. 5° až 35°. Nastavitelná interpupilární vzdálenost min. 50 mm až 76 mm. Třípolohové dělení světla: 100 % do okulárů-0 % na foto výstup, 0 % do okulárů-100 % na foto výstup, 50 % do okulárů-50 % na foto výstup. Při poloze vše na kameru přímé propojení bez vložených hranolů nebo zrcadel. Okuláry 10x, zorné pole okulárů FN min. 26 Dioptrická korekce pro obě oči,

MĚNIČ OBJEKTIVŮ:

- motorizovaný sedmičetný revolverový měnič objektivů s výřezem pro DIC hranol.

OBJEKTIVY:

- s optickým systémem korigovaným na nekonečno, závit RMS, parfokální vzdálenost 45 mm a konstrukce pro číslo pole FN min. 26,
 - Plan Semi-Apochromatický (Fluoritový) 4x N.A.0,13 WD 17 mm
 - Plan Semi-Apochromatický (Fluoritový) 10x N.A.0,30 WD 10 mm
 - Plan Semi-Apochromatický (Fluoritový) 20x N.A.0,50 WD 2,1 mm

- Plan Apochromatický 40x N.A. 0,95, WD 0,18 mm, irisová clonka pro korekci krycího sklíčka 0,11-0,23 mm
- Plan Apochromatický 100x N.A. 1,45, WD 0,13 mm imerzní, olejový

STOLEK:

- mechanický křížový stolek s keramickým povrchem, bezhřebenovým vedením preparátu pro pravou ruku, držák pro jedno, resp. dvě sklíčka současně a nastavitelná tenze posuvu v X a Y ose. Pevné uchycení stolku v Z ose pro minimalizaci vibrací vzorku, ostření pohybem objektivů vůči stolku. Stupnice pro odečet souřadnic vzorku v osách X a Y. Stupnice musí být identická s mikroskopem z důvodu přenositelnosti a rychlé lokalizace vzorků.

KONDENZOR:

- motorizovaný univerzální kondenzor s osmi pozicemi pro vložky kontrastních metod. V kondenzoru motorizovaně ovládaný polarizér, motorizovaná aperturní clona a motorizovaně ovládaná výklopná čočka (swing-out) pro objektivy v rozmezí 1,25x-100x,
- DIC kontrast dle Nomarského pro objektivy 10, 20, 40, 100. Mikroskop musí být kompatibilní s vybavením pro Nomarského kontrast pro mikroskop BX, který je ve vybavení laboratoře,
- optický měnič zvětšení s volbou faktorů min. 1x, 1,25x 1,67x a 2x měnící celkové zvětšení pro okuláry i pro kameru.

KAMERA:

- barevná CMOS digitální kamera s pasivním chlazením,
- velikost senzoru 1 palec (14.6 mm x 12.8 mm),
- zorné pole kamery FOV field of view min. FN 25,
- rozlišení plné (min.) 4104 × 2174 pixelů,
- rozlišení v režimu 4K Ultra HD 16:9, 3840 x 2160,
- rozlišení v režimu Full HD 16:9, 1920 × 1080 pixelů,
- velikost pixelu 3.45 × 3.45 μm,
- binning min. 2x,
- A/D převodník 10 bit,
- expoziční rozsah min. od 27 μs do 15 s,
Snímkové frekvence živého obrazu:
- min. 32 fps v plném rozlišení 4104 × 2174 pixels (plné rozlišení),
- min. 33 fps v režimu (4K Ultra HD 16:9) 3840 × 2160 pixels,
- min. 33 fps při 2168 × 2168 (Square),
- min. 64 fps při 1920 × 1080 (Full HD),
- rozhraní komunikační USB 3.1,
- OS – Windows 10 Pro 64-bit,
- C-mount adaptér se zvětšením 0,63x pro připojení k mikroskopu,
- kamera musí být plně kompatibilní se softwarem pro obrazovou analýzu dodanému k mikroskopu

SOFTWARE:

- jedna licence modulárního softwaru pro pokročilou analýzu a úpravu obrazu, kompletní řízení mikroskopu a kamery,
- software musí plnohodnotně řídit kameru a všechny motorizované a automatizované části mikroskopu včetně autofokusu. Volitelné grafické rozhraní analýzy obrazu (GUI),

živý obraz v plném rozlišení a v 4K rozlišení optimalizovaný pro 4K monitor, programování experimentů, definice kontrastních metod a následné automatické nastavení jedním kliknutím v SW,

- vkládání měřítka a manuální měření v živém obraze a v nasnímaných obrazech,
- manuální měření: délka, lomená čára, úhel, bod/počet bodů, polygon, kruh, elipsa, obvod, ploch. Morfologické parametry uzavřených 2D objektu – plocha obvod, ferety, shape faktory, parametry barev, intenzity apod. Snímání videí. Fázová analýza obrazu, filtry, měření v ROI – definovaném poli (v masce),
- automaticky vytvářená tabulka naměřených hodnot s možností psaní poznámek a exportování do tabulkového procesoru,
- funkce automatického vytváření obrazů s hloubkou pole větší než hloubka pole jednotlivých optických řezů (extended focal imaging) a to jak ze série snímků automaticky nasnímaných s pomocí motorizovaného ostření, tak i online interaktivně s kontrolou v živém obraze,
- interaktivní skládání více zorných polí v rovině s cílem vytvoření obrazu s větší plochou než jedno zorné pole kamery. Kombinace obou metod prostorového i plošného skládání obrazů. Možnost časosběrného snímání time -laps,
- možnost doplnění o modul automatické analýzy obrazu včetně metod založených na AI a hlubokém učení neuronových sítí,
- software musí být schopen číst a ukládat data ve formátu .vsi z důvodu kompatibility se stávajícím sw vybavením laboratoře.

Minimální technické požadavky přístroje pro Část 2) :

MIKROSKOP:

- kódovaný, modulární stereomikroskop pro pokročilou diagnostiku s fotodokumentací,
- teleskopická konstrukce těla optiky s apochromatickou korekcí,
- motorizovaný nelineární zoom minimálně 20:1, rozsah 0,75x – 15x,
- motorizované ostření, výška nosného sloupce min. 490 mm,
- binokulární tubus max. 20° s nastavitelnou mezioční vzdáleností—a výškovým nastavením okulárů,
- kamerový port s motorickým přepínáním 100:0 a 0:100,
- 10x okuláry s možností použití s brýlemi i bez brýlí, oba s nastavitelnou dioptrickou korekcí a zorným polem min. 23 mm; gumové očnice,
- kódovaný objektivový revolverový měnič pro min. 3 objektivy s dvupolohovým nastavením pozice pro axiální a stereo pohled,
- dvojitá irisová clona,
- dotykový displej s volitelnými funkčními tlačítky a otočnými knoflíky pro jemné ostření, vybavený joystickem pro ovládání veškerých motorických funkcí.

OBJEKTIVY:

- 1,5x plan Apoachromatický objektiv
 - min. rozsah zvětšení: 11x – 225x,
 - zorné pole: min. 20 mm (s 10x okuláry),
 - rozlišení: min. 647 lp/ mm,
 - pracovní vzdálenost: min. 30 mm.

- 0,5x min. achromatický objektiv
 - min. rozsah zvětšení: 3,8x – 75x (s 10x okuláry),
 - zorné pole: min. 61 mm (s 10x okuláry),
 - rozlišení: min. 216 lp/ mm,
 - pracovní vzdálenost: min. 150 mm.

ZÁKLADNA:

- LED transmisní základna min. 90 LED diod,
- kontrastní módy světlé pole, jednostranné tmavé pole, reliéfní kontrast,
- ovládání intenzity svícení-na těle základny,
- rozměry pracovní plochy: min.320x370 mm.

DOPADAJÍCÍ OSVĚTLENÍ:

Dopadající osvětlení kruhové:

- externí LED zdroj min. 600lm se světlovodičem připojitelným do objektivového karuselu,
- dvě kruhová osvětlení s automatickou aktivací při zařazení objektivu do optické dráhy bez jakéhokoliv kabelu,
- možnost přímého ovládání, ovládání i přes SW,
- možnost nastavení intenzity.

Dopadající osvětlení bodové:

- dvou bodové samonosné světlovodiče „husí krky“ včetně fokusačních čoček,
- ovládání osvětlení na světelném externím LED zdroji s min. 600lm,
- možnost nastavení intenzity a přepínání mezi jednotlivými světly přes PC.

KAMERA:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| • Typ senzoru | CMOS |
| • Úhlopříčka senzoru | min. 11 mm |
| • Rozlišení | min. 5 MPIX |
| • Velikost pixelu | min. 3.45 µm x 3.45 µm |
| • Připojení | USB 3 |
| • Dynamický rozsah | min.73 dB |
| • Barevná hloubka | min. 3 x 12 -bit |
| • Rychlost snímání při 5Mpx | min. 35 snímků za sekundu |
| • Optický adaptér | 0,5x nebo 0,4x |

SOFTWARE:

- modulární struktura,
- vytváření a úprava snímků,
- nastavení kamery a mikroskopu,
- automatické snímání v ose Z,
- automatické skládání snímků s rozšířenou hloubkou ostrosti,
- měření v uloženém obraze,
- skládání zorných polí (panorama),

- export do běžně užívaných formátů (tiff, jpeg,...),
- volná licence software, možnost instalace na libovolný počet PC.

OSTATNÍ POŽADAVKY:

- protiprachový kryt,
- kamera včetně softwaru musí být produkty výrobce mikroskopu.

Nabídka účastníka musí v každém technickém parametru vyhovět stanovené požadované úrovni.

Další požadavky zadavatele k předmětu zakázky shodné pro obě Části:

- přístroje a všechny součásti dodávky musí být nové, nepoužívané,
- v nabídkové ceně bude zahrnuta rovněž doprava do místa plnění, instalace přístrojů v místech plnění (laboratoř č. 216 – pro Část 1), laboratoř č. 322 – pro Část 2)) včetně zaškolení obsluhy přístrojů v místě plnění,
- záruční lhůta na přístroje v délce minimálně 24 měsíců,
- požadavek na zajištění servisního místa dodavatele na území České republiky,
- provedení autorizovaného záručního i pozáručního servisu v místě plnění zakázky včetně zajištění náhradních dílů,
- účastník přiloží k nabídce technický popis přístroje určeného k dodání, prospekty či fotografie nabízeného přístroje (ne ilustračního rázu),
- součástí dodávky je kompletní technická dokumentace, návod k dodávanému přístroji v anglickém jazyce v elektronické podobě,
- součástí nabídky bude návrh smlouvy pro jednotlivé části zakázky (příloha č. 2a, příloha č. 2b), vypracovaný v souladu s požadavky stanovenými touto zadávací dokumentací, podepsaný oprávněnou osobou účastníka.

III. Obchodní a platební podmínky

3. 1 Obchodní podmínky

- Podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním **konečného znění oboustranně uzavřené smlouvy** s jejími součástmi a dodatky v souladu s platnými právními předpisy; zveřejnění provede zadavatel jako kupující.
- Smlouva, která musí být uveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Účastník zřetelně označí ve smlouvě ty části, jež považuje za obchodní tajemství nebo ty informace, které vzhledem k jejich charakteru nelze zveřejnit. Za obchodní tajemství nemůže být nikdy považována výše ceny za poskytnuté plnění a další skutečnosti nenaplňující definici § 504 občanského zákoníku.
- Součástí smlouvy bude **prohlášení o akceptaci veškerých požadavků a podmínek** zadavatele uvedených v této výzvě a nabídce účastníka, v případě rozporu mezi údaji uvedenými ve smlouvě, výzvě k podání nabídek a nabídce účastníka bude mít text výzvy k podání nabídek přednost.
- Účastník nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí v zadávacím řízení, tj. s vypracováním a předložením nabídky,
- V případě, že dodavatel nedodá zboží nejpozději do 12. 12. 2022, bude zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. 2 Platební podmínky

- **Splatnost faktury bude minimálně 14 dnů** po doručení elektronické faktury zadavateli na adresu podatelna@ukzuz.cz.
- **Nabídková cena** bude uvedena v českých korunách (CZK) bez DPH a včetně DPH a výše DPH, musí obsahovat veškeré náklady na realizaci zakázky a musí být cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou, může být změněna pouze za podmínky, že během zadávacího řízení dojde **ke změně sazby DPH**.
- Zadavatel nepřipouští **zálohy** či jakékoliv platby předem, kupní cena bude uhrazena až po úplném a řádném dodání veřejné zakázky,
- Zadavatel je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.
- **Faktura** musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, **číslo smlouvy a Předávací protokol odsouhlasený zástupcem zadavatele**. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět účastníku k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

IV. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu za předmět plnění je stanovena ve výši **1 650 000,- Kč bez DPH**.

Předpokládaná hodnota **Části 1** zakázky: **990 000 Kč bez DPH**

Předpokládaná hodnota **Části 2** zakázky: **660 000 Kč bez DPH**

Účastníci stanoví celkovou výši nabídkové ceny s DPH, bez DPH a výši DPH.

V. Doba a místo plnění

Doba plnění: **do 8 týdnů od účinnosti smlouvy pro oba přístroje, tj od jejího zveřejnění v registru smluv**

Termín dodání lze prodloužit o dobu trvání překážky na straně dodavatele, která bude mít příčinnou souvislost s pandemií koronaviru a nastala nezávisle na vůli dodavatele. Pokud dodavatel požádá o prodloužení termínu pro dodání přístrojů a tato žádost bude náležitě odůvodněna, uzavře zadavatel s dodavatelem dodatek k již uzavřené smlouvě a prodlouží termín pro dodání přístrojů. Přílohu dodatku bude tvořit výše uvedená žádost. Dodavatel bude oprávněn tuto žádost podat pouze před uplynutím lhůty pro dodání přístrojů.

Místa plnění zakázky pro obě části:

ÚKZÚZ, Národní referenční laboratoř, Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc, laboratoře č. 216 a č. 322, Šlechtitelů 773/23, 779 00 Olomouc Holice.

VI. Zpracování nabídkové ceny a hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Při hodnocení se stanoví pořadí hodnocených nabídek.

Zadavatel nejprve provede hodnocení všech nabídek a poté posoudí splnění technických požadavků dle čl. II. této výzvy a kvalifikačních požadavků dle článku VII. této výzvy (dále jen „požadavky“) pouze u účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. V případě, že účastník nesplní výše uvedené požadavky, bude zadavatelem vyloučen a zadavatel přikročí k posouzení splnění výše uvedených požadavků u účastníka, jehož nabídka se umístí v rámci hodnocení za nabídkou účastníka vyloučeného.

Při rovnosti nabídkových cen u dvou nebo více účastníků bude vyhodnocena jako nejvýhodnější ta nabídka, ve které bude uvedena delší záruční doba. V případě rovnosti nabídkových cen a záruky přistoupí zadavatel k hodnocení třetího parametru, kterým bude náhoda. Všichni členové komise a dodavatelé splňující parametry č. 1 a č. 2 se osobně setkají a dodavatelé budou házet kostkou. Za vítězného dodavatele bude považován ten, který hodí na kostce nejvyšší počet bodů. V případě rovnosti bodů v daném kole budou dodavatelé hod kostkou opakovat do doby, než bude určen vítěz. V případě, že se oslovený dodavatel nedostaví v daném termínu, bude jeho neúčast považována za odstoupení ze zadávacího řízení.

Zadavatel uzavře smlouvu s tím účastníkem, jehož nabídka bude na základě hodnotících kritérií pro zadavatele nejvýhodnější.

V případě, že takto vybraný dodavatel odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu, vyzve zadavatel k uzavření této smlouvy dodavatele, který se umístil za dodavatelem, který podal nejvýhodnější nabídku.

V případě doručení pouze jedné nabídky nebo pokud pro účely hodnocení zbyde jen jedna nabídka, hodnocení provedeno nebude a zadavatel po posouzení splnění kritérií zadávacího řízení zváží uzavření smlouvy s tímto účastníkem. Kompletní a včas doručené nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí dle kritéria **ekonomické výhodnosti**.

VII. Kvalifikační doklady

Účastník musí splnit tyto kvalifikační požadavky:

Profesní způsobilost:

Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu celému předmětu veřejné zakázky (Výpis z Živnostenského rejstříku apod.)

Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů může být dodavatelem doloženo rovněž **výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**.

Technické kvalifikační předpoklady:

Technickou kvalifikaci splňuje účastník, který předloží:

- kopii dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem vydaným příslušným orgánem,
- technický popis přístroje určeného k dodání, prospekty či fotografie nabízeného přístroje (ne ilustračního rázu),
- doklad o autorizovaném servisu na území České republiky – způsob prokázání např.: čestné prohlášení účastníka, doklad o výhradním obchodním zastoupení včetně provádění servisu, doklady o provedeném školení servisních techniků pro nabízený typ přístroje, atd...).

VIII. Formální náležitosti a obsah nabídky

Zadávací řízení, korespondence a dokumenty související se zadávacím řízením budou v českém nebo slovenském jazyce.

Nabídka bude obsahovat:

- **krycí list nabídky** – základní identifikační údaje účastníka (Příloha č. 1),
- **zpracování celkové nabídkové ceny přístroje/přístrojů** včetně jejich kalkulace bez DPH, DPH a s DPH, vyjádřená v CZK včetně příslušenství, dopravy na místo plnění, instalace, zaškolení pracovníků v místech plnění,
- prospekty, technické listy či technická dokumentace **přístroje určeného k dodání, ze kterých bude zcela zřejmé splnění parametrů požadovaných zadávací dokumentací dle čl. II. výzvy,**
- **kvalifikační doklady** dle bodu VII. výzvy,
- **délku záruky v měsících** – min. v délce požadované v čl. II, odst. 2.2 ,
- **termín dodání přístroje/přístrojů (v týdnech),**
- **vyplněný návrh kupní smlouvy nebo smluv,** který je Přílohou č. 2a a Přílohou č. 2b, podepsaný statutárním zástupcem účastníka.

Nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, může vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Údaje o kontaktních osobách je zadavatel oprávněn zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (obecné nařízení o ochraně údajů – GDPR) a to konkrétně dle čl. 6 písm. c) Nařízení, neboť zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. Lhůta a místo pro podání nabídky

Účastník nabídku podává elektronicky prostřednictvím **profilu zadavatele E-ZAK** na elektronické adrese

<https://zakazky.eagri.cz/vz00017043>

tak, aby byla vložena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, která končí dne
po 8. 8. 2022 do 9.00 hod.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, která je k dispozici zde https://zakazky.eagri.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf.

Účastník je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části zadávací dokumentace včetně příloh).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena ve lhůtě nejméně 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.

X. Otevírání a hodnocení nabídek

- a) Otevírání nabídek bude provedeno ihned po vypršení lhůty pro podání nabídek.
- b) O výsledku hodnocení nabídek budou účastníci písemně vyrozuměni prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK.

XI. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) zrušit zadání zakázky,
- b) odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem,
- c) opakovat výzvu k podání nabídky s jinými účastníky, pokud žádná nabídka nesplní požadavky a účel zadávacího řízení,
- d) zadavatel není povinen poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, pokud nebude žádost o vysvětlení podaná včas.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2a – Návrh kupní smlouvy pro Část 1)

Příloha č. 2b – Návrh kupní smlouvy pro Část 2)

V Brně dne 20. 7. 2022

Ing. Daniel Jurečka
ředitel ústavu