



## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona:

### Veřejná zakázka na dodávky **„Dodávka laboratorního parního sterilizátoru“**

Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyjma ust. § 27 ZZVZ a 219 ZZVZ, a dále § 6 ZZVZ, podle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a vzhledem k povaze a smyslu zakázky zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ, a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně odkazuje v této výzvě.

### I. Údaje o zadavateli

Úřední název: Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,  
organizační složka státu  
Sídlo: Brno, Hroznová 63/2, PSČ 656 06  
IČO: 00020338  
DIČ: CZ00020338  
Statutární zástupce: Ing. Daniel Jurečka, ředitel  
Kont. osoba: Ing. Hana Romanová, odd. veřejných zakázek,  
email: [hana.romanova@ukzuz.cz](mailto:hana.romanova@ukzuz.cz)  
Č.j.: UKZUZ 097726/2022

### II. Předmět zakázky

#### 2. 1 Předmět zakázky

CPV kód: 33191110-9 Autoklávy  
NIPEZ: 18 Zdravotnické přístroje a nástroje

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks laboratorního parního sterilizátoru (autoklávy) s horizontálním plněním v souladu s technickou specifikací přístroje dle čl. II., odst. 2.2 této výzvy. Předmětem dodávky je kompletní, nový a zcela funkční přístroj. Kupní smlouva (Příloha č. 2) bude uzavřena s vítězným účastníkem výběrového řízení.

#### 2. 2 Požadavky zadavatele k předmětu zakázky

##### Minimální technické požadavky přístroje:

- laboratorní sterilizátor s horizontálním plněním komory,
- nominální objem komory min. 150 litrů,
- min. rozměry válcové komory s kulatými rohy (Ø x h) 500 mm x 750 mm,

- materiál komory – nerez ocel kvality min. AISI 316,
- vestavěný, od komory oddělený automatický vyvíječ páry, materiál - nerez ocel kvality min. AISI 316,
- vakuové vybavení umožňující dokonalé odvodušnění komory, s možností nastavení počtu, délky i hloubky pulsů, min. 9 pulsů,
- dekontaminační filtr pro sterilizaci nebezpečných materiálů a produktů GMO,
- pracovní teplota v min. rozsahu 60 až 140 °C (s možností rozšíření až do 150 °C),
- nastavitelná doba sterilizace od 0-300 min pro každý program zvlášť,
- nezávislé teplotní čidlo PT100, chráněno teflonovým obalem pro bezpečnou sterilizaci kapalin,
- funkce uchování teploty a funkce odloženého startu bez nutnosti přítomnosti obsluhy,
- možnost nastavení automatického samovolného otevření dveří komory po skončení sterilizace bez přítomnosti obsluhy,
- funkce udržení koncové teploty i po skončení sterilizace po dobu min. 10 hodin,
- součástí komory je základní deska pro umístění nádob či košů pomocí kolejevého systému transportního vozíku,
- integrovaná tiskárna pro záznam sterilizačního cyklu a archivaci dat,
- display se zobrazením aktuálních údajů (min. zobrazené údaje: číslo programu, fáze cyklu, aktuální teplota a tlak v komoře, tlak ve vyvíječi, chybová hlášení),
- mikroprocesorové ovládání, možnost nastavení min. 25 programů,
- port pro připojení k PC a validační port,
- bezpečnostní zámek,
- řízení funkce sterilizace dle F0,
- vnější rozměry max. 850 mm x 730 mm x 1050 mm (š x v x h) pro využití vlastního nosného stolu,
- max. hmotnost 210 kg,
- součástí dodávky je kompatibilní transportní vozík včetně posuvné plošiny,
- součástí dodávky jsou dva plné (neděrované) nerezové koše kompatibilní ke kolejevicovému transportnímu vozíku o rozměrech max. 368 mm x 368 mm x 300 mm,
- součástí dodávky je úpravna tvrdé vody – změkčovací stanice o kapacitě 32 000 grains.

**Nabídka účastníka musí v každém technickém parametru vyhovět stanovené požadované úrovni.**

**Další požadavky zadavatele k předmětu zakázky:**

- přístroj a všechny součásti dodávky musí být nové, nepoužívané,
- v nabídkové ceně bude zahrnuta rovněž doprava do místa plnění včetně nastěhování do laboratoře, instalace a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, zaškolení obsluhy,
- součástí dodávky bude pasport tlakové nádoby,
- záruční lhůta na přístroj v délce minimálně 12 měsíců,
- požadavek na zajištění servisního místa dodavatele na území České republiky,
- požadavek na zajištění provádění autorizovaného záručního i pozáručního servisu v místě plnění zakázky (doložení způsobilosti k těmto úkonům) a zajištění náhradních dílů,
- zahájení servisního zásahu v místě plnění včetně zajištění náhradních dílů s odezvou do 72 hodin od telefonického nebo jiného nahlášení závady,
- účastník přiloží k nabídce technický popis přístroje určeného k dodání, prospekty či fotografie nabízeného přístroje (ne ilustračního rázu),

- součástí dodávky je kompletní technická dokumentace, návod k dodávanému přístroji v českém nebo anglickém jazyce v tištěné nebo elektronické podobě,
- součástí nabídky bude návrh smlouvy (příloha č. 2), vypracovaný v souladu s požadavky stanovenými touto zadávací dokumentací, podepsaný oprávněnou osobou účastníka.

### III. Obchodní a platební podmínky

#### 3. 1 Obchodní podmínky

- Podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním **konečného znění oboustranně uzavřené smlouvy** s jejími součástmi a dodatky v souladu s platnými právními předpisy; zveřejnění provede zadavatel jako kupující.
- Smlouva, která musí být uveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Účastník zřetelně označí ve smlouvě ty části, jež považuje za obchodní tajemství nebo ty informace, které vzhledem k jejich charakteru nelze zveřejnit. Za obchodní tajemství nemůže být nikdy považována výše ceny za poskytnuté plnění a další skutečnosti nenaplnující definici § 504 občanského zákoníku.
- Součástí smlouvy bude **prohlášení o akceptaci veškerých požadavků a podmínek** zadavatele uvedených v této výzvě a nabídce účastníka, v případě rozporu mezi údaji uvedenými ve smlouvě, výzvě k podání nabídek a nabídce účastníka bude mít text výzvy k podání nabídek přednost.
- Účastník nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí v zadávacím řízení, tj. s vypracováním a předložením nabídky,
- V případě, že dodavatel nedodá zboží nejpozději do 12. 12. 2022, bude zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

#### 3. 2 Platební podmínky

- **Splatnost faktury bude minimálně 14 dnů** po doručení elektronické faktury zadavateli na adresu [podatelna@ukzuz.cz](mailto:podatelna@ukzuz.cz).
- **Nabídková cena** bude uvedena v českých korunách (CZK) bez DPH a včetně DPH a výše DPH, musí obsahovat veškeré náklady na realizaci zakázky a musí být cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou, může být změněna pouze za podmínky, že během zadávacího řízení dojde **ke změně sazby DPH**.
- Zadavatel nepřipouští **zálohy** či jakékoliv platby předem, kupní cena bude uhrazena až po úplném a řádném dodání veřejné zakázky,
- Zadavatel je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.
- **Faktura** musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, **číslo smlouvy a Předávací protokol odsouhlasený zástupcem zadavatele**. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět účastníku k doplnění,

aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

#### **IV. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu za předmět plnění je stanovena ve výši **1 030 000,- Kč bez DPH**.

**Účastníci stanoví celkovou výši nabídkové ceny s DPH, bez DPH a výši DPH .**

#### **V. Doba a místo plnění**

**Doba plnění: do 8 týdnů od účinnosti smlouvy, tj od jejího zveřejnění v registru smluv**

Termín dodání lze prodloužit o dobu trvání překážky na straně dodavatele, která bude mít příčinnou souvislost s pandemií koronaviru a nastala nezávisle na vůli dodavatele. Pokud dodavatel požádá o prodloužení termínu pro dodání přístroje a tato žádost bude náležitě odůvodněna, uzavře zadavatel s dodavatelem dodatek, k již uzavřené smlouvě a prodlouží termín pro dodání přístroje. Přílohu dodatku bude tvořit výše uvedená žádost. Dodavatel bude oprávněn tuto žádost podat pouze před uplynutím lhůty pro dodání přístroje.

**Místo plnění zakázky:** ÚKZÚZ, Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc, Šlechtitelů 773/23, 779 00 Olomouc-Holice.

#### **VI. Zpracování nabídkové ceny a hodnocení nabídek**

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Při hodnocení se stanoví pořadí hodnocených nabídek.

Zadavatel nejprve provede hodnocení všech nabídek a poté posoudí splnění technických požadavků dle čl. II. této výzvy a kvalifikačních požadavků dle článku VII. této výzvy (dále jen „požadavky“) pouze u účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. V případě, že účastník nesplní výše uvedené požadavky, bude zadavatelem vyloučen a zadavatel přikročí k posouzení splnění výše uvedených požadavků u účastníka, jehož nabídka se umístí v rámci hodnocení za nabídkou účastníka vyloučeného.

Při rovnosti nabídkových cen u dvou nebo více účastníků bude vyhodnocena jako nejvýhodnější ta nabídka, ve které bude uvedena delší záruční doba. V případě rovnosti nabídkových cen a záruky přistoupí zadavatel k hodnocení třetího parametru, kterým bude **náhoda**. Všichni členové komise a dodavatelé splňující parametry č. 1 a č. 2 se osobně setkají a dodavatelé budou házet kostkou. Za vítězného dodavatele bude považován ten, který hodí na kostce nejvyšší počet bodů. V případě rovnosti bodů v daném kole budou dodavatelé hod kostkou opakovat do doby, než bude určen vítěz. V případě, že se oslovený dodavatel nedostaví v daném termínu, bude jeho neúčast považována za odstoupení ze zadávacího řízení.

**Zadavatel uzavře smlouvu s tím účastníkem, jehož nabídka bude na základě hodnotících kritérií pro zadavatele nejvýhodnější.**

V případě, že takto vybraný dodavatel odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu, vyzve zadavatel k uzavření této smlouvy dodavatele, který se umístil za dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku.

V případě doručení **pouze jedné nabídky** nebo pokud pro účely hodnocení zbyde jen jedna nabídka, hodnocení provedeno nebude a zadavatel po posouzení splnění kritérií zadávacího řízení zváží uzavření smlouvy s tímto účastníkem.

## VII. Kvalifikační doklady

Účastník musí splnit tyto kvalifikační požadavky:

### **Profesní způsobilost:**

Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu celému předmětu veřejné zakázky (Živnostenský list apod.)

Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů může být dodavatelem doloženo rovněž **výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.**

### **Technické kvalifikační předpoklady:**

Technickou kvalifikaci splňuje účastník, který předloží:

- kopii dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem vydaným příslušným orgánem,
- technický popis přístroje určeného k dodání, prospekty či fotografie nabízeného přístroje (ne ilustračního rázu),
- doklad o autorizovaném servisu na území České republiky – způsob prokázání např.: čestné prohlášení účastníka, doklad o výhradním obchodním zastoupení včetně provádění servisu, doklady o provedeném školení servisních techniků pro nabízený typ přístroje, atd...).

## VIII. Formální náležitosti a obsah nabídky

Zadávací řízení, korespondence a dokumenty související se zadávacím řízením budou v českém nebo slovenském jazyce.

### **Nabídka bude obsahovat:**

- **krycí list nabídky** – základní identifikační údaje účastníka (Příloha č. 1),
- **zpracování celkové nabídkové ceny přístroje** včetně její kalkulace bez DPH, DPH a s DPH, vyjádřená v CZK včetně příslušenství, dopravy na místo určení, instalace, zaškolení pracovníků v místě plnění, pasportu tlakové nádoby,
- prospekty, technické listy či technická dokumentace **přístroje určeného k dodání, ze kterých bude zcela zřejmé splnění parametrů požadovaných zadávací dokumentací dle čl. II. výzvy,**
- **kvalifikační doklady** dle bodu VII. výzvy,
- **délku záruky v měsících** – min. v délce požadované v čl. II, odst. 2.2 ,

- **termín dodání přístroje (v týdnech),**
- **vyplněný návrh kupní smlouvy,** který je Přílohou č. 2, podepsaný statutárním zástupcem účastníka.

Nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, může vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Údaje o kontaktních osobách je zadavatel oprávněn zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (obecné nařízení o ochraně údajů – GDPR) a to konkrétně dle čl. 6 písm. c) Nařízení, neboť zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## **IX. Lhůta a místo pro podání nabídky**

Účastník nabídku podává elektronicky prostřednictvím **profilu zadavatele E-ZAK** na elektronické adrese

<https://zakazky.eagri.cz/vz00016986>

tak, aby byla vložena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, která končí dne  
**út 9. 8. 2022 do 9.00 hod.**

**Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, která je k dispozici zde [https://zakazky.eagri.cz/manual\\_2/ezak-manual-dodavatele-pdf](https://zakazky.eagri.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf).

Účastník je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části zadávací dokumentace včetně příloh).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena ve lhůtě nejméně 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.

**Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.**

## **X. Otevírání a hodnocení nabídek**

- Otevírání nabídek bude provedeno ihned po vypršení lhůty pro podání nabídek.
- O výsledku hodnocení nabídek budou účastníci písemně vyrozuměni prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK.

## **XI. Zadavatel si vyhrazuje právo:**

- zrušit zadání zakázky,

- b) odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem,
- c) opakovat výzvu k podání nabídky s jinými účastníky, pokud žádná nabídka nesplní požadavky a účel zadávacího řízení,
- d) zadavatel není povinen poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, pokud nebude žádost o vysvětlení podaná včas.

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

V Brně dne 27. 7. 2022

Ing. Daniel Jurečka  
ředitel ústavu