

**ODPOVĚĎ NA DOTAZ UCHAZEČE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ V SOULADU
SE SMĚRNICÍ ZADAVATELE Č. S-5/2022**

„Dvoukolonový ITP/CZE analyzátor“

Zadavatel:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČ 00027014,
DIČ 00027014

Dotaz:

„Prosíme o vysvětlení, co znamená "vakuový přepínač módu analýzy"."

Odpověď zadavatele:

Vakuový přepínač módu analýzy anionty/kationty -jedná se o uzavřený systém, který se přepíná automaticky pomocí softwaru mezi módy anionty/kationty.

V Praze dne 25.01.2023

**Za Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Aneta Alferi, advokátka,
na základě plné moci**