

Název zadavatele:	Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Sídlo:	Přátelství 815/109 10400 Praha
IČO:	00027014
Č. j.:	VZ 2022 – Ř 1838

Oznámení o vyloučení účastníka

veřejné zakázky

„**Dvoukolonový ITP/CZE analyzátor**“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P23V00000035**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**60058459**“

Jménem zadavatele Vám oznamuji, že zadavatel veřejné zakázky s názvem "Dvoukolonový ITP/CZE analyzátor" rozhodl, že

vylučuje

účastníka 2 THETA ASE, s.r.o. (dále jen „účastník“) z další účasti v zadávacím řízení.

Odůvodnění:

Nabídka uchazeče nesplnila technické podmínky zadavatele stavovené v zadávací dokumentaci.

- V nabídce uchazeče jsou uvedeny FEP kapiláry namísto zadaných kapilár Si (křemenných).
- Nabídka neobsahuje zadaný vakuový přepínač módu.
- Nabídka neobsahuje zadaný časovač proplachu na minimálně 24 hodin.

V Praze dne 31.01.2023

Dr. Ing. Pavel Čermák, ředitel, v.r.