

TELEFON 495 088 111
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jiří Medek / 740HRADEC KRÁLOVÉ
5.4.2023**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1****Název veřejné zakázky****Autokláv****Identifikační údaje o zadavateli****Název**

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na dodávku

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Dotaz:

Max. nastavitelná teplota 140 °C odpovídá 3,62 bar (Abs) syté páry. Autokláv je přístroj pracující výhradně se sytou vodní parou, nelze ho tedy provozovat na 140°C a 4 bary. Váš požadavek tedy není u žádného autoklávu splnitelný. Požadovaných 140 °C ve specifikaci je hodnota hraniční, softwarově nastavitelná, ale žádné standardní sterilizační programy v těchto teplotních mezích nejsou používány. Předpokládáme, že autokláv budete využívat pro běžné sterilizační programy při 134 °C a 121 °C. Budete prosím akceptovat takovýto standardní autokláv?

Odpověď:

Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele upravuje požadavek uvedený v příloze č. 1 kupní smlouvy bod 1.9.

"Nastavení teploty a tlaku pro standardní sterilizační procesy pro kapaliny a pevné materiály s možností sterilizace nad 130 °C."

Zadavatel poskytuje upravenou přílohu kupní smlouvy č. 1

2) Dotaz

V bodě 1.4 zadávací dokumentace požadujete maximální hloubku 700 mm, přičemž je zároveň požadován integrovaný vyvíječ páry a pulsní vakuový systém. Tato zařízení zvětšují rozměry autoklávu oproti standardní verzi. Bude zadavatel akceptovat autokláv splňující zamýšlený účel s hloubkou 760 mm?

Odpověď:

Velikost zařízení je limitující s ohledem na plánované umístění a na dispoziční řešení laboratoře, které zohledňuje jak šířku pracovního stolu, tak navazující technologické kroky prováděných prací a bezpečnostní požadavky na umístění a provoz dalších přístrojů. Vámi uvedený rozměr nemůžeme tedy akceptovat.

3) **Dotaz**

Požadovaných 140 °C ve specifikaci je hodnota hraniční, softwarově nastavitelná, ale žádné standardní sterilizační programy v těchto teplotních mezích nejsou používány. Předpokládáme, že autokláv budete využívat pro běžné sterilizační programy při 134 °C a 121 °C.

Odpověď:

Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele upravuje požadavek uvedený v příloze č. 1 kupní smlouvy bod 1.9.

"Nastavení teploty a tlaku pro standardní sterilizační procesy pro kapaliny a pevné materiály s možností sterilizace nad 130 °C."

Zadavatel poskytuje upravenou přílohu kupní smlouvy č. 1

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19.4.2023 9:00.

Ing. Pavel Řehák
technický ředitel

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html