

TELEFON 495 088 111
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jiří Medek / 740

HRADEC KRÁLOVÉ
12.4.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

Autokláv

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na dodávku

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1) **Dotaz:**

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se zmiňujete o kapalinách, přičemž v původní technické specifikaci není sterilizace kapalin nikde požadována. Jedná se o zásadní změnu zadání, proto bych se chtěl ujistit, zda to tak zadavatel skutečně zamýšlel. Zcela by se tak změnil okruh přístrojů, které je možné nabídnout, a výrazně by vzrostla cena. Skutečně nově požadujete, aby byl nabízený autokláv vhodný ke sterilizaci kapalin?

Odpověď:

Laboratorní autokláv bude využíván k dekontaminaci biologických činitelů u laboratorních pomůcek a odpadů z mikrobiologických zkoušek včetně kultivačních médií, které lze v procesu sterilizace považovat za kapalné odpady. Tomu odpovídá technická specifikace požadovaného zařízení.

Ing. Pavel Řehák
technický ředitel

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html