

Název zadavatele:	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sídlo:	Hroznová 63/2 60300 Brno
IČO:	00020338
Č. j.:	UKZUZ 084388/2023

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Dodávky laboratorního spotřebního materiálu 2023 - 2025“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **„P23V00000329“**

Dne 12. 5. 2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Dodávky laboratorního spotřebního materiálu 2023 - 2025“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace: Část 1) sklo, plasty, porcelán a ostatní materiál

Položka č. 93: Odměrný válec 100 PP, vysoký, tř. A, modrá graduace

Výrobci nabízí odměrné válce z materiálu PP pouze třídy B. Třídy A nabízí výrobci odměrné válce z materiálu PMP. Nedošlo při přípravě zadávací dokumentace k administrativní chybě? Bude zadavatel akceptovat materiál PMP?

Položka č. 109: Skleněná zkumavka se zábrusem a zátkou, 16x160 mm, 14/23NZ

Jaký materiál zátky zadavatel požaduje – PE nebo sklo?

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Část 1) sklo, plasty, porcelán a ostatní materiál

Položka č. 93: Odměrný válec 100 PP, vysoký, tř. A, modrá graduace

Zadavatel akceptuje třídu B z materiálu PP s dodržáním ostatních uvedených parametrů.

Položka č. 109: Skleněná zkumavka se zábrusem a zátkou, 16x160 mm, 14/23NZ

Zadavatel požaduje sklo.

V Brně dne 15.05.2023

Ing. Daniel Jurečka, ředitel ÚKZÚZ