

**Název  
zadavatele:** Ústřední kontrolní a zkušební ústav  
zemědělský  
**Sídlo:** Hroznová 63/2  
60300 Brno  
**IČO:** 00020338  
**Č. j.:** UKZUZ 152024/2023

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Dodávka klíčirenské skříně a kultivačně-pěstebního boxu“**  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P23V00000785“

Dne 06.09.2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Dodávka klíčirenské skříně a kultivačně-pěstebního boxu“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

chtěli bychom se zeptat, zda je možné nabídnout přístroj pro část 1, jenž má menší vnější rozměry než-li 2000x860x800 mm, jak se uvádí v požadavcích v zadávací dokumentaci? Jaký min. objem komory požadujete?

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď zadavatele:

Ano, za předpokladu min. objemu komory 290 l

V Brně dne 07.09.2023

**Ing. Daniel Jurečka, ředitel ÚKZÚZ**