

**Název  
zadavatele:** Ústřední kontrolní a zkušební ústav  
zemědělský  
**Sídlo:** Hroznová 63/2  
60300 Brno  
**IČO:** 00020338  
**Č. j.:** UKZUZ 152063/2023

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Dodávka klíčirenské skříně a kultivačně-pěstebního boxu“**  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P23V00000785**“

Dne 06.09.2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Dodávka klíčirenské skříně a kultivačně-pěstebního boxu“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

u části 1 uvádíte požadavek na připojení k vodě, průměr odtoku a automatickou regulaci hladiny vody. Budete akceptovat zařízení s integrovanou nádobou na demi-vodu, kdy se voda dolévá ručně?

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď zadavatele:

Ne, takové zařízení zadavatel nebude akceptovat.

Zdůvodnění zadavatele:

Pro tento typ klíčirenské skříně je vodní nádrž v přístroji nezbytná, voda v klíčirenské skříně cirkuluje.

V Brně dne 07.09.2023

**Ing. Daniel Jurečka, ředitel ÚKZÚZ**