

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Mettler - Toledo, s.r.o.

se sídlem **Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10**

IČO: **60463031** DIČ: CZ **CZ60463031**

jejímž jménem jedná [redacted] **prokuristé**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26404**

na straně jedné jako „**prodávající**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

organizační složka státu

se sídlem **Hroznová 63/2, 603 00 Brno**

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná **Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu**

na straně druhé jako „**kupující**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Dodávka automatického titrátoru**“ tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Dodávka automatického titrátoru**“.
2. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat na svůj náklad a nebezpečí pro kupujícího zboží specifikované v bodě 3 článku I. této smlouvy (dále jen „**přístroj**“) a závazek kupujícího uvedený přístroj od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. Dílčí parametry přístroje jsou stanoveny v nabídce ze dne **10. května 2024**, na základě které byl účastník v zadávacím řízení vybrán jako účastník této smlouvy, a která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

II. Místo plnění

Místem plnění zakázky je ÚKZÚZ, Odbor Národní referenční laboratoře Brno, oddělení analytiky krmiv, místnost č.312, Hroznová 63/3, 603 00 Brno.

III. Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat nový přístroj do místa plnění, nastěhovat do příslušné laboratoře a dále v místě plnění přístroj instalovat a uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu včetně kalibrace (vystavení kalibračního listu) přístroje i byret a zaškolení jeho obsluhu **nejpozději do 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy poslední smluvní stranou.**

IV. Cena za přístroj, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za přístroj specifikovaný v čl. I. této smlouvy v částce **876 110,- Kč** bez DPH, tj. v částce **1 060 093,10- Kč** včetně DPH.
2. Cena bude kupujícím uhrazena až po dodání přístroje do místa plnění včetně nastěhování, instalaci přístroje autorizovaným servisním technikem, kalibraci přístroje i byret a zaškolení pracovníků pověřených obsluhou přístroje v místě plnění, a to na základě vystavené faktury a předávacího protokolu. Kupující nepřipouští zálohy či jakékoliv platby před dodáním přístroje.
3. Fakturu **včetně stvrzeného předávacího protokolu** vystavenou prodávajícím dle tohoto článku smlouvy je prodávající povinen doručit kupujícímu **elektronicky na adresu podatelna@ukzuz.cz**.
4. Smluvní strany si sjednávají splatnost faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy do 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu podatelna@ukzuz.cz.
5. Fakturu vystavenou dle tohoto článku smlouvy je kupující povinen uhradit na bankovní účet prodávajícího uvedený na této faktuře. Za den uhrazení se považuje den, ve kterém byla částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
6. Kupující je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.

V. Předání přístroje

1. Termín dodání přístroje prodávající sdělí kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu kontaktní osoby či osob ve věcech plnění smlouvy uvedené v záhlaví smlouvy. Zasláná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem následujícím po jejím odeslání.
2. Prodávající přístroj předá kupujícímu spolu s předávacím protokolem, kompletní technickou dokumentací, návodem k použití v českém a/nebo anglickém jazyce v tištěné nebo elektronické podobě. Při absenci těchto dokladů není kupující povinen přístroj převzít.
3. Kupující je povinen kompletní a funkční přístroj převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky, a je v plném rozsahu schopen plnit svůj účel.
4. O převzetí komplexního a funkčního přístroje sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou příp. vady včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné.

VI.

Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti

1. Prodávající dodá přístroj do místa plnění včetně nastěhování a dále v místě plnění přístroj nainstaluje včetně provedení kalibrace přístroje i byret (vystavení kalibračního listu), uvede do plně funkčního a provozuschopného stavu a zaškolí pracovníky, kteří budou provádět obsluhu přístroje s potřebnou péčí v ujednaném čase, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy.
2. Současně s přístrojem bude kupujícímu předána standardní kvalifikační dokumentace - IQ, OQ, PQ.
3. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování předmětu této smlouvy.

VII.

Záruka za jakost a podmínky servisu

1. Prodávající se zavazuje, že dodávaný přístroj bude splňovat platné normy a další závazné předpisy.
2. Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost přístroje po dobu **24** měsíců ode dne předání přístroje.
3. Prodávající je povinen zajistit autorizované servisní místo na území České republiky.
4. Prodávající zajistí záruční i pozáruční servis přístroje v místě plnění zakázky včetně zajištění náhradních dílů min. 5 let po instalaci přístroje.
5. V záruční době dle tohoto článku smlouvy je kupující oprávněn namítat vyskytnutou vadu u prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem a prodávající je povinen zajistit záruční i pozáruční servis v místě plnění včetně zajištění náhradních dílů. Zahájení servisního zásahu v místě plnění včetně zajištění náhradních dílů musí být provedeno do 3 pracovních dnů od telefonického nebo jiného nahlášení závady.
6. Prodávající se zavazuje poskytovat telefonické konzultace zdarma.
7. V případě, že se bude jednat o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání přístroje, poskytne prodávající přiměřenou slevu z ceny přístroje. Za neodstranitelné vady bránící řádnému užívání přístroje poskytne prodávající neprodleně kupujícímu bezplatně nové bezvadné plnění.
8. V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a prodávající vadu na místě neodstraní, dohodne si písemně se zástupcem kupujícího jiný termín odstranění.
9. Prodávající je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat kupujícímu pouze v případě, kdy má vada původ v zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede prodávající elektronickou fakturou splatnou do 21 dnů od jejího doručení kupujícímu elektronicky na adresu podatelna@ukzuz.cz.
10. Pokud prodávající nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je kupující oprávněn zajistit si opravu vady u jiného prodávajícího a náklady takto vzniklé vyúčtovat prodávajícímu.

VIII.

Smluvní pokuta

1. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení.

2. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího např. s dodáním, instalací přístroje a proškolením obsluhy dle čl. III a čl. VI. bod. 1., a to ve výši 0,05 % z ceny za přístroj včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý i započtený den prodlení.
3. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění vad dle čl. VII. ve sjednaném termínu, a to ve výši 0,05 % z ceny přístroje včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení povinné straně.
5. Veškerá ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo kterékoliv ze smluvních stran domáhat se plné náhrady škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

IX. Ukončení smlouvy

1. Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
 - a. dohodou smluvních stran nebo
 - b. odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 - c. kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zboží nebude dodáno v souladu s čl. III této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Smlouvu je možné vyhotovit i v elektronické podobě.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je její **příloha – nabídka ze dne 10. května 2024.**
4. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Prodávající prohlašuje, že akceptuje veškeré požadavky a podmínky uvedené ve výzvě a nabídce k veřejné zakázce s výše uvedeným názvem.
7. Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

Příloha č. 1 – cenová nabídka

V Praze dne **22.5.2024**

.....
....., **prokuristě**
Mettler-Toledo, s.r.o.

V Brně dne

.....
Ing. Daniel Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Daniel Jurečka
Organizace:	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zem
Sériové č. cert.:	23005403
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	19.06.2024 11:59:50
Důvod:	
Místo:	

**Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
organizační složka státu
Hroznová 63/2
65606 Brno**

Adresa	Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10
Telefon	+420 226 808 150
Servis	+420 226 808 163
Fax	+420 226 808 170
E-mail	sales.mtcz@mt.com service.mtcz@mt.com
IČO	60463031
DIČ	CZ60463031
www.mt.com	

Datum 10. 5. 2024


Cenová nabídka č. 2000–2240018613

Vážení obchodní přátelé,

zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách a záruční době.

V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte.

S pozdravem



Bankovní spojení: ING Bank N.V.
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
číslo účtu – CZK: 1000595803/3500
číslo účtu – EUR: CZ2735000000001330595806 (BIC: INGBCZPP)
Kanceláře: Brno, Bohunická 52, budova Mor. ústředny
tel.: +420 547 212 101-2, fax: +420 547 212 639

Firma Mettler-Toledo, s. r. o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C-26404.
Den zápisu 2. 2. 1994. Základní kapitál: 8 000 000 Kč.

METTLER TOLEDO



Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
010	30252672	T5 Excellence Titrátor	1	427 000		427 000

Titrátor T5 Excellence poskytuje plnou flexibilitu pro potenciometrické aplikace a Karl Fischer aplikace. Rozšiřitelné z hlediska rostoucích potřeb z 1 na 4 byrety. Podporuje automatizaci InMotion pro testování vysoké průchodnosti.

Další jednotky byrety (volitelné): max. 3 (1 pro titraci, pouze 2 pro dávkování)

Funkce metody na metodu: max. 15

Software LabX: Express a Server (není součástí)

Volitelné přidání desek na senzory: Žádný

Možnost(i) automatizace:
s podavačem InMotion
Rondolino

Počítačový software: Počítačový software LabX®

Univerzální titrátor pro všechna použití

Uživatelské rozhraní One Click

Díky intuitivnímu rozhraní dotykové obrazovky můžete přizpůsobit domovské obrazovky tak, aby byly pracovní postupy rychle a snadno řízeny jediným klepnutím na obrazovku.

Plně flexibilní automatizace

Kompatibilní s výkonnou automatizací InMotion. Funkce jako výměna vzorků, komplexní titrace, kroky čištění a další běží automaticky, což šetří čas obsluhy.

Jistota shody s předpisy

V regulovaných prostředích poskytuje software LabX plnou podporu, co se týče vašich potřeb shody s nařízením 21 CFR částí 11 a EU přílohy 11.



Pro více informací: www.mt.com/Titration-Excellence

050	51109500	DGi111-SC pH elektroda	1	11 900		11 900
-----	----------	------------------------	---	--------	--	--------

Kombinovaná skleněná pH elektroda s keramickým hrotem pro přímé měření pH a acidobazické titrace ve vodném prostředí. Flexibilní a univerzálně použitelná v širokém spektru standardních laboratorních aplikací.

Referenční systém: ARGENTHAL™

Typ měření: Potenciometrické
Kyselina/zásada

Měřicí rozsah pH: 0 – 14

Skleněná membrána: HA páskovaná

Referenční elektrolyt: 3 mol/l KCl

Připojení: S12 (DGi111-SC) S7 (DG111-SC)

Všestranný senzor pro acidobazickou titraci

Aktuální kdykoli a kdekoli

Data uložená v senzorovém čipu zaručují, že stav senzoru odpovídá zvolené aplikaci, a to bez ohledu na to, k jakému titrátoru je připojen.

Mobilita znamená flexibilitu

Pohyblivá objímka dovoluje individuální umístění senzoru do jakékoli automatizované nebo manuální titrační nádoby.

Jednoduchá a přitom stabilní reference

Systém KCl-ARGENTHAL™ zajišťuje spolehlivý přenos signálu senzoru v teplotním rozsahu od 0 do 80 °C po celou dobu životnosti senzoru.



Pro více informací: www.mt.com/titration-sensors

METTLER TOLEDO

Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
060	51109530	DMi141-SC Stříbrná elektroda	1	12 000		12 000

Univerzální kombinovaná stříbrná elektroda pro široké spektrum argentometrických srážecích titrací, jako např. titrací iontů vytvářejících sraženiny se stříbrem. Malé objemy vzorků viz DMi102-SC.

Referenční systém: ARGENTHAL™

Typ měření: Potenciometrické

Srážení

Senzorový prvek: Stříbrný kroužek

Referenční elektrolyt: 1 mol/l KNO₃

Měřicí rozsah (napětí): -2 000 mV – 2 000 mV

Připojení: S12 (DMi141-SC), S7 (DM141-SC)

Univerzální argentometrické titrace

Univerzální argentometrické titrace

Univerzální senzor pro chlorid, halidy a jiné sloučeniny (Br⁻, I⁻, CN⁻, SCN⁻), sulfidy a merkaptany. Přesný v koncentracích od ppm do %.

Senzorový čip Plug & Play

Senzorový čip ukládá data o typu senzoru, kalibraci a době použitelnosti, které se během nastavení titrátoru okamžitě načtou. Použití nesprávného senzoru je nemožné.

Přesnost a spolehlivost

Kombinace zručného řemeslného zpracování a maximálního využití automatizovaných výrobních postupů zaručuje trvale vysoký výkon senzoru.



Pro více informací: www.mt.com/titration-sensors

110	51107500	DV1005 Byreta 5 mL	1	30 200		30 200
-----	----------	--------------------	---	--------	--	--------

Mezní hodnota chyby: 0,2 %

Minimální krok: 0,25 µL

Přesné a bezpečné

Vysoká přesnost a chemická odolnost

Vysoká přesnost DV1005 zaručuje přesné a spolehlivé dávkování a ventil a hadičky jsou kompatibilní s většinou běžně používaných chemikálií.

Plug&Play byrety

Veškerá relevantní data titrantu se ukládají na čip a titrátor je automaticky rozpozná. Použití nesprávného titrantu je nemožné.

Kompatibilní s ISO a GLP

Byretu je možné kalibrovat v souladu s normou SN EN45001 a každý skleněný válec je opatřený identifikačním číslem. Byrety tak vyhovují nezbytným požadavkům ISO 8655-3 a GLP.



Pro více informací: www.mt.com/titration_acessories

Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
112	S39905030	Zákaznická kalibrace Ref.110 DV1005 Byreta 5 mL	4	1 240		4 960

Delivery: On-site
Test: Calibration
Value: Compliance

Documentation: Calibration certificate
Service: Calibrate Local

Comply with Local Requirements

Expertise to Meet Your Needs

Performance expectations vary according to individual requirements. Calibrate Local supports testing procedures fulfilling local regulations.

This service provides:

Calibration testing of measurement equipment and documentation of results in accordance with locally defined procedures and testing parameters.



Specific terms and conditions may apply.

For more details: www.mt.com/Service

120	51107501	DV1010 Byreta 10 mL	2	30 200		60 400
-----	----------	----------------------------	---	--------	--	--------

Mezní hodnota chyby: 0,2 %

Minimální krok: 0,5 µL

Přesné a bezpečné

Vysoká přesnost a chemická odolnost

Vysoká přesnost DV1010 zaručuje přesné a spolehlivé dávkování a ventil a hadičky jsou kompatibilní s většinou běžně používaných chemikálií.

Plug&Play byrety

Veškerá relevantní data titrantu se ukládají na čip a titrátor je automaticky rozpozná. Použití nesprávného titrantu je nemožné.

Kompatibilní s ISO a GLP

Byretu je možné kalibrovat v souladu s normou SN EN45001 a každý skleněný válec je opatřený identifikačním číslem. Byrety tak vyhovují nezbytným požadavkům ISO 8655-3 a GLP.



Pro více informací: www.mt.com/titration_acesories

Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
131	B39940002	Software Care Standard	1	14 390		14 390

Dodávka: Na místě

Test: Funkční, provozní a výkonnostní zkoušky

Hodnota: Dostupnost, výkon a shoda s požadavky

Dokumentace: N/A

Servis: Standardní péče o software

Balíček péče pro váš software

Chraňte své investice do softwaru

Využívejte nové vlastnosti a funkce softwaru a udržujte svůj systém aktuální s cílem maximalizovat produktivitu, shodu s požadavky a zabezpečení IT.

Co je součástí této služby:

Krytí po dobu 12 měsíců, přístup k novým verzím softwaru, vzdálené zpřístupnění aktualizací, profesionální vzdálená podpora.



Mohou platit zvláštní podmínky

Pro více informací: www.mt.com/Service

147	BLOC20008	IPac (ANAChem) + Calibration Ref.010 T5 Excellence Titrátor	1	27 410		27 410
-----	-----------	--	---	--------	--	--------

Dodávka: Na místě

Test: Funkční, provozní a výkonnostní zkoušky

Hodnota: Výkonnost a shoda s předpisy

Dokumentace: IPac

Služba: Kompletní kvalifikace IPac

Kvalifikované spuštění

Osvědčená výkonnost dle požadavků

Profesionální spuštění a kvalifikační dokumentace zařízení podporuje spolehlivou výkonnost přístrojů a snadnou integraci do vašeho systému zajištění kvality.

Součástí služby jsou:

- ✓ Zprovoznění, ustavení a nastavení standardní konfigurace zařízení.
- ✓ Základní školení obsluhy zařízení a bezpečnostní instruktáž.
- ✓ Standardní kvalifikační dokumentace IPac pro regulované prostředí (IQ, OQ, PQ).
- ✓ Kalibrace zařízení a vystavení kalibračního listu.



Mohou platit speciální obchodní podmínky.

Pro více informací: www.mt.com/Service

Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
160	51105605	Tx Karl Fischer sada	1	120 000		120 000

Titrační sada KF pro T50/70/90, T5/T7/T9**Karl Fischer Excellence**

V jedné sadě, která rozšiřuje titátory Excellence, najdete vše potřebné pro volumetrické Karl Fischer titrace.

Bezpečná manipulace s chemickými látkami

Solvent Manager chrání uživatele před kontaktem s chemikáliemi a umožňuje One Click™ výměnu rozpouštědla

Jednoduché a bezpečné monitorování rozpouštědla

Solvent Control podporuje uživatele monitorováním, kdy je třeba vyměnit rozpouštědlo. Bez zásahu uživatele je systém vždy v optimálním stavu pro další analýzu.



Pro více informací: www.mt.com/titration_accessories

180	51109388	Titrační kádinka PP, sada 120 ks	1	2 270		2 270
-----	----------	---	---	-------	--	-------

Materiál: PP

Objem: 100 mL

Počet kusů: 120

Správná kádinka pro každý vzorek

Výběr správné titrační kádinky se zdá být triviálním úkolem, ale používáte pro svou aplikaci vždy nejvhodnější titrační kádinku?

METTLER TOLEDO nabízí širokou paletu kádinek pro přímé použití na jakémkoliv titrátoru nebo podavači vzorků.



Pro více informací: www.mt.com/titration-accessories

METTLER TOLEDO

Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
190	11101051	RS9 RS9 m f kabel 1 m	1	2 190		2 190

Kabel RS232 s vnitřním konektorem s 9 kolíky pro připojení váhy k vnějšímu konektoru tiskárny, PC nebo titrátoru

Typ příslušenství: Příslušenství měřicích přístrojů

Kompatibilní měřicí přístroje:

SevenDirect
SevenExcellence
FiveEasy
FiveEasy Plus

Široké možnosti připojení

Hladká integrace

Zjednodušte vaše procesy připojením vaší váhy přímo k periferním zařízením.



Pro více informací: www.mt.com/lab-accessories

191	S39905301	Smluvní pokrytí běžných poruch (práce, cesta, ND)	1	31 200		31 200
		Ref.010 T5 Excellence Titrátor				

Dodávka: N/A

Zkouška: N/A

Hodnota: Zajištění provozní kapacity a výkonnosti

Dokumentace: N/A

Servis: Kompletní náklady na opravy

Zajistěte si potřebné krytí

Udržte svůj rozpočet na opravy pod kontrolou

Plné krytí oprav zahrnuje v případě poruchy zařízení veškeré náklady na práci technika a použité náhradní díly a snižuje tak riziko neplánovaných výdajů.

Tato služba zahrnuje:

Plné krytí práce a náhradních dílů při opravách na místě, na dílně a při využití vzdálené podpory, včetně priority zásahu a telefonické podpory.

Rozsah krytí se může lišit.



Pro více informací: www.mt.com/Service

METTLER TOLEDO

Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
200	30666205	MR104/M Analytická váha	1	102 000		102 000

Spolehlivá výkonnost při všech vašich požadavcích na vážení. Váživost 120 g; odečitelnost 0,1 mg; připojení přes Ethernet, USB, RS232; průvodce vyrováním; automatické justování; správa uživatelů; režim úspory energie; snadné čištění; Stanovená měřidla

Horní mez váživosti: 120 g
Opakovatelnost, typická: 0,08 mg
Doba ustálení: 2 s

Odečitelnost: 0,1 mg
Minimální navážka ($U = 1 \%$, $k = 2$), typická: 16 mg
Justování: Interní (automatické/FACT)

Všestranná univerzálnost

Ideální pro všechna prostředí

Tyto váhy zajišťují konzistentně přesné výsledky, ať už vážíte v rušné laboratoři, nebo v náročných podmínkách výroby haly.

Snadná integrace

Několik rozhraní a příkazy MT-SICS usnadňují připojení váhy MR k systémům PLC a MES, stejně jako k dalším laboratorním přístrojům.

Navrženo pro vaše pohodlí

Automatické justování, naváděné vyrovnaní a dvířka ErgoDoors zjednodušují vážení. Robustní konstrukce s hladkými povrchy a zaoblenými hranami usnadňuje čištění.



Pro více informací: www.mt.com/MR-analytical

201	BLOC20012	IPac (Scales) + Calibration	1	19 840		19 840
-----	-----------	-----------------------------	---	--------	--	--------

Ref.200 MR104/M Analytická váha

Dodávka: Na místě

Dokumentace: IPac

Test: Funkční, provozní a výkonnostní zkoušky

Služba: Standardní kvalifikace IPac

Hodnota: Výkonnost a shoda s předpisy

Kvalifikované spuštění

Osvědčená výkonnost dle požadavků

Profesionální spuštění a kvalifikační dokumentace zařízení podporuje spolehlivou výkonnost přístrojů a snadnou integraci do vašeho systému zajištění kvality.

Součástí služby jsou:

- ✓ Zprovoznění, ustavení a nastavení standardní konfigurace zařízení.
- ✓ Základní školení obsluhy zařízení a bezpečnostní instruktáž.
- ✓ Standardní kvalifikační dokumentace IPac pro regulované prostředí (IQ, OQ, PQ).
- ✓ Akreditovaná kalibrace zařízení a vystavení kalibračního listu.



Mohou platit zvláštní podmínky, Ověření zařízení je dostupné samostatně.

Pro více informací: www.mt.com/Service

METTLER TOLEDO

Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
207	S39905301	Smluvní pokrytí běžných poruch (práce, cesta, ND) Ref.200 MR104/M Analytická váha	1	5 350		5 350
995	TANA	Poštovné, balné a pojištění	1	5 000		5 000

Cena celkem, bez volitelných položek

Hodnota nabídky (Kč) 876 110

DPH (Kč) 183 983,10

Částka včetně DPH (Kč) 1 060 093,10

Obchodní podmínky

Dodací lhůta 6-8 týdnů
Záruka 24 měsíců
Platební podmínky Splatnost faktury 21 dní od data vystavení
Platnost nabídky do 9. 6. 2024

METTLER TOLEDO