

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Skenovací elektronový mikroskop

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 17.10.2024):

Bude zadavatel akceptovat skenovací elektronový mikroskop, který se neumísťuje na běžný laboratorní stůl, protože má vlastní sestavu i se stolem o hmotnosti celého systému 510 kg, což je standardní váha plně vybaveného elektronového mikroskopu.

Naše řešení odpovídá elektronovému mikroskopu s elektronovým optickým zvětšením až do 1 000 000 s kvalitou obrazu 32 000 x 24 000 pixelů, takže zadavatel získá kvalitnější obraz a tím získá více informací o zkoumaném vzorku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Přestože nabízený mikroskop by byl pravděpodobně lepší, v laboratoři na něj není dostatek prostoru. Proto požadujeme stolní mikroskop umístitelný na standardní pracovní stůl a bez nutnosti použití chladicí vody nebo technických plynů.

Zadavatel nebude akceptovat jiný mikroskop než mikroskop instalovaný na běžný pracovní stůl.

Závěr: Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 18.10.2024

Ing. Jan Svejkovský
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal