



Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Drnovská 507/73, 161 00 Praha 6 – Ruzyně | +420 233 022 480

cropsience@vurv.cz | ID datové schránky: 3tnj7g7 | www.vurv.cz

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje
Ing. Veronika Topková

Dne:
28.11.2024

Veřejná zakázka: „Klimatická růstová komora“
veřejná zakázka malého rozsahu podle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zadávaná v otevřeném řízení podle §31 zákona

Zadavatel Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i, IČO 000 27 006, se sídlem Praha 6, Drnovská 507/73, PSČ: 161 00, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona

v y l o u č u j e

účastníka zadávacího řízení:

BMT Medical Technology s.r.o.
IČO: 463 46 996
se sídlem Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno

(dále jen „Účastník“)

z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona je zadavatel oprávněn vyloučit účastníka ze zadávacího řízení, pokud jím předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely neodpovídají zadávacím podmínkám, nebo nebyly v požadované lhůtě předloženy.

Zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval, aby nabídka účastníka obsahovala vyplněnou přílohu č.1 k výzvě k podání nabídek – Technická specifikace (ve znění upraveném vysvětlením ze dne 29.10.2024). Účastník tuto vyplněnou přílohu v rámci nabídky nedodal.

Zadavatel v zadávacích podmínkách (a v rámci následujícího vysvětlení) stanovil technickou specifikaci, kterou účastníkem nabídnuté plnění nesplnilo v těchto položkách:

Zadavatelem požadováno: horizontální osvětlení – osvětlení (nejméně 3 police) chladné světlo pro pěstování rostlin

Účastníkem nabízeno:	z nabídky nelze zjistit / neobsahuje
Zadavatelem požadováno:	přenastavení vzdálenosti mezi jednotlivými policemi
Účastníkem nabízeno:	z nabídky nelze zjistit / neobsahuje
Zadavatelem požadováno:	horizontální osvětlení – UV C pro sporulaci hub (nejméně 1 police horní)
Účastníkem nabízeno:	z nabídky nelze zjistit / neobsahuje

Nabídka účastníka tedy neodpovídá zadávacím podmínkám a z tohoto důvodu jej zadavatel z dalšího řízení vyloučil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 242 odst. 2 zákona podat námitky, které musí být zadavateli doručeny do 15 dnů od uveřejnění rozhodnutí.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.
ředitel