

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Zadavatel: Státní veterinární ústav Jihlava
Název veřejné zakázky: Laboratorní digestoře
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Státní veterinární ústav Jihlava jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dotazy k této veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Kde požadujete umístit ovládání ventilů pro přivedená média?

Odpověď č. 1

Na bočních panelech pro snadný přístup k ovládání.

Dotaz č. 2

Požadujete přestavitelné kazety v bočních sloupcích digestoře pro případné doplnění či změny umístění ventilů pro média?

Odpověď č. 2

Ano, požadujeme.

Dotaz č. 3

Kde požadujete umístit přívody médií uvnitř pracovního prostoru?

Odpověď č. 3

V přední části vnitřního prostoru kvůli pracovnímu komfortu a snadnému přístupu.

Dotaz č. 4

Jaké rozměry pracovního prostoru potřebujete pro Vaši práci v digestoři? (prostor pro umístění větších armatur a pro aktivity, které plánujete v digestoři provádět...)

Odpověď č. 4

Výška pracovního prostoru min. 1100 mm, šířka min. 1900 mm

Dotaz č. 5

Jak vysoko potřebujete otevřít čelní okno pro manipulaci s armaturami atd.?

Odpověď č. 5

Maximální otevření čelního okna až do 900 mm pro lepší manipulaci se zařízeními umístěnými uvnitř a s přihlédnutím k požadované minimální výšce vnitřního pracovního prostoru.

Dotaz č. 6

Jakou výšku digestoře požadujete? (není uvedeno v zadávací specifikaci)

Odpověď č. 6

Výška digestoře max 2,65m z důvodu dané výšky stropu (3m) a z důvodu potřeby instalace vzduchotechniky. Minimální výška musí vyplývat a být v souladu s výškou pracovní desky a výškou vnitřního prostoru digestoře.

Dotaz č. 7

Můžete upřesnit požadavek na materiál konstrukce digestoře?

Odpověď č. 7

Pevná ocelová konstrukce, povrchová úprava odolná vůči popraskání vlivem pohybu nebo střídání teplot.

Dotaz č. 8

Prosím, upřesněte požadavek na vyložení pracovního prostoru pro dlouhodobou odolnost vůči agresivním a korozivním chemikáliím i proti mechanickému poškození

Odpověď č. 8

Vyložení pracovního prostoru materiálem typu velkoplošné bílé keramiky odpovídající tloušťky, beze spár (např. ne lepená dlažba).

Dotaz č. 9

Prosíme o upřesnění požadavku na pracovní desku digestoře

Odpověď č. 9

Pracovní deska digestoře z materiálu typu pevné velkoplošné keramické desky s glazurou odpovídající tloušťky, beze spár (např. ne lepená dlažba).

Dotaz č. 10

Požadujete elektronické ovládání digestoře a otevírání okna?

Odpověď č. 10

Ano, požadujeme

Dotaz č. 11

Na kolik dílů požadujete rozdělené posuvné přední okno?

Odpověď č. 11

Nejméně 2 samostatné oddíly

Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají nezměněny.

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek, nová lhůta pro podání nabídek: 10. ledna 2025 ve 12:00 hod.

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_19900.html

V Jihlavě dne (dle elektronického podpisu)

MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
ředitel