

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel

Státní veterinární ústav Praha

Sídlo, adresa: Sídliště 136/24, 165 03 Praha 6 - Lysolaje

Zastoupený: MVDr. Kamilem Sedlákem, Ph.D., ředitelem ústavu

IČ: 00019305

DIČ: CZ00019305

Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1320.html

Název veřejné zakázky: Hmotnostní spektrometr s lineárním detektorem a příslušenstvím pro odd. Bakteriologie

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výše uvedený zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace po lhůtě pro možné zaslání žádosti o vysvětlení, nicméně zadavatel se rozhodl reagovat a níže zasílá své stanovisko k zaslání žádosti o vysvětlení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel v Příloze č.4_Technická specifikace uvádí následující požadavky:

bod č. 11

CE-IVD systém musí disponovat softwarovým modulem umožňujícím plně automatickou detekci a interpretaci výsledků testování bakteriálních izolátů na rezistenci kolistinu v klinickém IVD režimu (...)

bod č. 12

Systém musí disponovat CE-IVD soupravou (kitem) pro komplexní detekci rezistence bakterií ke colistinu. (...)

Dotaz zní:

Disponujeme softwarovým modulem i soupravou v režimu Research Use Only (RUO). Je pro Zadavatele akceptovatelná nabídka RUO řešení pro detekci colistinové rezistence, aplikované v rámci CE-IVD systému?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel sděluje, že RUO řešení pro detekci colistinové rezistence aplikované v rámci CE-IVD splňuje podmínky stanovené zadavatelem a je tak pro něho akceptovatelná.

S pozdravem

Ing. Dagmar Jirková

Státní veterinární ústav Praha

Sídliště 136/24, Praha 6 — Lysolaje, 165 03

+420 251 031 111, sekretariat@svupraha.cz

www.svupraha.cz

IČ: 00019305, DIČ: CZ00019305, Bankovní spojení ČNB: 20439061/0710