Příloha č. 4 Výzvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„Kity pro magnetickou izolaci nukleových kyselin“

Testovací soupravy musí splňovat:

Jedná se o dodávky jednotlivých sad kitů pro magnetickou izolaci nukleových kyselin o vysoké čistotě s maximální výtěžností celkové nukleové kyseliny ve vzorku, s certifikací kitu CE-IVD (dle IVDR), pro použití materiálu k izolaci: plná krev, plazma, sérum, stěr, BAL, sputum, CSF, moč, stolice, buněčná kultura, čerstvě zmražená tkáň, FFPET.

Vstupní objemy tekutých materiálů minimálně v rozsahu 100-1000 ul.

Veškeré reagencie kitu musí být ve formě přímo použitelných uzavřených kazet bez nutnosti jakékoliv přípravy kitu, sada kitů v balení s využitím pro 6 x 96 vzorků (3 x 192 testů).

Kity musí být kompatibilní pro přístroje MagNa Pure 96.

Technické vlastnosti testovací soupravy:

V době dodání musí být exspirace souprav minimálně 6 měsíců.

Skladování při pokojové teplotě.

Přepokládaný počet dodávek je cca 19 dodávek. Počet dodávek je pouze orientační údaj a může se lišit dle aktuálních potřeb laboratoře.

Specifické požadavky na dodavatele:

Dodavatel může být zadavatelem vyzván k dodání vzorku k ověření funkčnosti testu v laboratoři Státního veterinárního ústavu Praha.