

Identifikační údaje zadavatele

Název	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Sídlo	Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky
IČ	00019453
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele	MVDr. Jiří Bureš, ředitel ÚSKVBL

Název, duh a režim zakázky

Název zakázky	Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL
Druh zakázky	veřejná zakázka na dodávky dle § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 zákona
Režim zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 zákona

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. IV. ze dne 29. 08. 2025

Žádost o vysvětlení č. 5 ze dne 28. 08. 2025, jež byla podána k části zakázky č. 4 - "Lednice laboratorní"

Dotaz č. 1/1:

Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečné technické informace k této veřejné zakázce pro část 4 - Lednice laboratorní :

a.) Ve vašich technických požadavcích je požadavek: „Vnější rozměry maximálně (vxšxh) 1884 x 597 x 654 mm

a.) Náš dotaz zní:

1.a) Bylo by možné nabídnout laboratorní lednici, která splňuje nebo překračuje veškeré požadované technické parametry, ale má nepatrně větší rozměry, tedy konkrétně (vxšxh) 1965 x 665 x 710 mm???

Odpověď č. 1/1:

Zadavatel trvá na svém původním požadavku a zadaných parametrech. Z prostorových důvodů laboratoře není možné větších rozměrů lednice.

**Žádost o vysvětlení č. 6 ze dne 28. 08. 2025, jež byla podána k části zakázky č. 3 -
“Peristaltická pumpa pro testování sterility”**

Dotaz č. 1/3:

Dobrý deň,

chceli by sme Vás požiadať o dodatočné informácie k časti 3 – k nasledovným trom dotazom:

Část 3 – Příloha 2 - Technická specifikace

V kontrolním listu TS se uvádí požadavek „Podpora softwaru pro sledování revizní stopy (Audit Trail)“ – Dotaz: Tento software má být součástí dodávky nebo má jen existovat možnost připojení tohoto typu softwaru k pumpě?

Odpověď č. 1/3:

Software nemusí být součástí dodávky, ale musí existovat možnost podpory/připojení, pokud by se zadavatel rozhodl jej v budoucnu zakoupit.

Dotaz č. 2/3:

Část 3 – Příloha 2 – Kupní smlouva

V části Předmět smlouvy, odst. 3.1 se uvádí, že nedílnou součástí plnění této smlouvy je:

g) prvotní akreditované ověření zboží - Dotaz: Je možné blíže upřesnit, co si představit pod tímto plněním?

Odpověď č. 2/3:

Jedná se o prohlášení o shodě – certifikace výrobku (CE).

Dotaz č. 3/3:

V části Práva a povinnosti stran, odst. 6.12 se hovoří o povinnosti provádět servisní kontroly od akreditované kalibrační laboratoře dle ČSN 17025. Dotaz: Pokud není servis dodavatele akreditovaný, nemůže podle tohoto odstavce tuto činnost provádět? Je možné upřesnit tento požadavek?

Odpověď č. 3/3:

Kompletní znění ustanovení odst. 12 čl. VI. Smlouvy zní:

- „Prodávající má povinnost provádět servisní kontroly na zboží od akreditované kalibrační laboratoře dle ČSN 17025 nejméně po dobu trvání záruky na zboží.“

Vysvětlení Zadavatele: Prodávající má povinnost provádět servisní kontroly na zboží od akreditované kalibrační laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025 nejméně po dobu trvání záruky na zboží **pouze v případě, že je tato norma na daný typ zboží aplikovatelná.**

Pro vyloučení pochybností zadavatele upřesňuje, že povinnost platí jen tehdy, pokud se norma na konkrétní zboží skutečně vztahuje. Zadavatel bude požadovat kontrolu akreditovanou kalibrační laboratoří jen v případě, kdy se na zboží norma ČSN 17025 vztahuje.

Na základě výše uvedeného, v souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel **neprodukuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Pardubicích dne 29. srpna 2025



ÚSKVBL

Ústav pro státní kontrolu
veterinárních
biopreparátů a léčiv

**Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
zastoupený Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,
Mgr. Hana Novotná**