

Identifikační údaje zadavatele

Název	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Sídlo	Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky
IČO	00019453
Osoba oprávněná jednat jménem či za Zadavatele	MVDr. Jiří Bureš, ředitel ÚSKVBL nebo Mgr. Martina Rejtharová, pověřená zastupováním ředitele ÚSKVBL

Název, duh, režim zakázky, část zakázky

Název Zakázky	Laboratorní přístroje 2025
Druh Zakázky	veřejná zakázka na dodávky dle § 14 odst. 1 Zákona
Druh Zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona
Režim Zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona
Datum zahájení	04.08.2025
Číslo Zakázky ve Věstníku veřejných zakázek	Evidenční číslo zakázky: Z2025-043809
Část zakázky	Ultrazvuková lázeň

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel se tímto rozhodl vyloučit ze zadávacího řízení účastníka **ULTRAZVUK, s.r.o., se sídlem: Sušilova 1337, 50002, Hradec Králové, IČO: 64792269**, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „účastník“) v souladu s § 48 odst. 2) písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Odůvodnění vyloučení účastníka

Účastník v předložil v rámci nabídky požadovanou přílohu č. 2 Zadávací dokumentace - Technický popis pro část 7 zakázky – Ultrazvuková lázeň a zároveň popis výrobku určeného k dodání v souladu se zadávacími podmínkami.

Dle uvedených dokladů však účastník nesplňuje požadavek Zadavatele na technické požadavky, a to konkrétně v případě, kdy zadavatel požadoval určitý výkon ohřevu a účastník předložil v nabídce výrobek, který neodpovídá požadované specifikaci.

Zadavatel v příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Technický popis Zakázky pro část 7 zakázky – Ultrazvuková lázeň požadoval následující parametry:

Lázeň č. 1 – výkon ohřevu min. 400 W

Lázeň č. 2 – výkon ohřevu min. 500 W

V nabídce účastníka byly doloženy přístroje s následující specifikací:

jako lázeň č. 1: SONOREX DIGIPLUS DL 255 H – topný výkon je 280 W – nevyhovující

jako lázeň č. 2: SONOREX DIGIPLUS DL 512 H – topný výkon je 400 W – nevyhovující

Případná změna nabízeného řešení by znamenala změnu nabídky ve smyslu §46 Zákona.

Nesplnění zadávacích podmínek je důvodem k vyloučení účastníka ve smyslu §48 odst. 2 písm.

a). Zadavatel stanovil podmínky uvedené v příloze č. 2 - Technický popis pro část 7 zakázky – Ultrazvuková lázeň, kde uvádí:

„Technickou specifikaci označenou v tabulce „Požadavek“ zadavatel požaduje splnit a Účastník musí nabídnout plnění, které požadavek splňuje. Účastník splňující technickou specifikaci tak u každého bodu označeného Požadavek v nabídce vyplní ANO, čímž prokáže soulad nabízeného plnění Zakázky s požadavkem Zadavatele; pokud Účastník uvedený požadavek nesplňuje, vyplní NE, čímž nesplní požadovanou technickou specifikaci předmětu plnění.“

Dále bod 6.3.6 Zadávací dokumentace stanovuje následující:

„Veškerá technická specifikace je uvedena jako minimální (popř. dle její povahy jako maximální) a závazná – její nedodržení bude mít za následek vyloučení Účastníka Zadávacího řízení. Nedodržení technické specifikace je důvodem k vyloučení Účastníka Zadávacího řízení.“

Na základě výše uvedeného zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení ULTRAZVUK, s.r.o., se sídlem: Sušilova 1337, 50002, Hradec Králové, IČO: 64792269, v souladu s §48 odst. 2) písm. a) ZZVZ, protože údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky.

V Brně dne 24. září 2025

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Mgr. Martina Rejtharová