

DODATEČNÉ INFORMACE K ČÁSTI 7. (Laminární box Biohazard)
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VZ2015 Ř260 „Laboratorní přístroje 2015“

Dne 7.5.2015 obdržel zadavatel Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČ 00027014, požadavek na poskytnutí dodatečných informací k části 7. veřejné zakázky **VZ2015 Ř260 „Laboratorní přístroje 2015“**, jejíž předmětem je dodávka **laminárního boxu Biohazard**.

Znění požadavku:

„Dobrý den - máme dodatečný dotaz. Zadavatel požaduje zkosení čelního skla pod úhlem 7°. Čelní sklo našeho boxu má zkosení 8°. Jedná se o velmi malý rozdíl k lepšímu. Bude zadavatel akceptovat i úhel 8°?“

Zadavatel k požadavku na dodatečné informace sděluje:

Zadavatel bude akceptovat nabídky laminárních boxů Biohazard vymezených v zadávací dokumentaci, jejichž čelní sklo bude zkosené minimálně pod úhlem 7° a maximálně 8°.

V Praze dne 12.5.2015

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

JUDr. Magda Hovorková,
na základě plné moci
(podepsáno elektronicky)