

**DODATEČNÉ INFORMACE K ČÁSTI 4. (Hlubokomrazící box pro oddělení molekulární genetiky)**  
**VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VZ2015 Ř260 „Laboratorní přístroje 2015“**

Dne 11.5.2015 obdržel zadavatel Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČ 00027014, požadavek na poskytnutí dodatečných informací k části 4. veřejné zakázky **VZ2015 Ř260 „Laboratorní přístroje 2015“**, jejímž předmětem je dodávka **hlubokomrazícího boxu pro oddělení molekulární genetiky**.

**Znění požadavku:**

„V technických parametrech je požadavek na „Objem přístroje musí být v rozmezí 700-750 litrů“. Bylo by možné nabídnout přístroj , který absolutně splní všechny požadované technické parametry, ale má o něco větší kapacitu a to 830 litrů ??? Tím uživateli vznikne výhoda, že bude moci využívat o cca. 15% větší skladovací kapacitu hlubokomrazícího boxu při zachování požadovaných rozměrových parametrů“

**Zadavatel k požadavku na dodatečné informace sděluje:**

Zadavatel bude akceptovat hlubokomrazící box pro oddělení molekulární genetiky **i s objemem větším než původně uvedeným** maximálním objem 750 litrů, pokud budou splněny ostatní požadované parametry přístroje uvedené v zadávací dokumentaci.

V Praze dne 13.5.2015

**Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.**

JUDr. Magda Hovorková,

na základě plné moci

(podepsáno elektronicky)