

DODATEČNÉ INFORMACE K 6. ČÁSTI (Metalografická bruska pro preparaci metalografických a mineralogických vzorků) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VZ2015 Ř260 „Laboratorní přístroje 2015“

Dne 13.5.2015 obdržel zadavatel Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČ 00027014, požadavek na poskytnutí dodatečných informací k 6. části veřejné zakázky **VZ2015 Ř260 „Laboratorní přístroje 2015“**, jejíž předmětem je dodávka **metalografické brusky pro preparaci metalografických a mineralogických vzorků**.

Znění požadavku:

- „1) Je kostní tkáň namontována na podložní sklíčko?
- 2) Jaká je velikost kostní tkáně, že jí chcete strojově leštit?“

Zadavatel k požadavku na dodatečné informace sděluje:

- 1. Zadavatel drží vzorky kostní tkáně ručně, tedy vzorky nejsou namontované na podložní sklíčko.
- 2. Výsledný rozměr vzorků je 40x4x2,5 mm.

V Praze dne 15.5.2015

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

JUDr. Magda Hovorková,
na základě plné moci
(podepsáno elektronicky)