

DODATEČNÉ INFORMACE K ČÁSTI 4. (Hlubokomrazící box pro oddělení molekulární genetiky)
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VZ2015 Ř260 „Laboratorní přístroje 2015“

Zadavatel Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČ 00027014, obdržel požadavek na poskytnutí dodatečných informací k části 4. veřejné zakázky **VZ2015 Ř260 „Laboratorní přístroje 2015“**, jejímž předmětem je dodávka **hlubokomrazícího boxu pro oddělení molekulární genetiky**.

Znění požadavku:

„Na základě obdržené výzvy k veřejné zakázce Vás žádám o zodpovězení následujícího dotazu vztahující se k části 4. Hlubokomrazící box pro oddělení molekulární genetiky.

V technických parametrech je požadavek: „Vnější šířka přístroje je maximálně 87 cm“.

Dotaz:

Bylo by možné nabídnout přístroj splňující technickou specifikaci, který má vnější rozměry Š x V x H: 102,5 x 195 x 86,7 cm? Můžeme chápat formulaci „Vnější šířka přístroje je maximálně 87 cm“ jako parametr, který je nutný dodržet pro stěhování na místo určení?

Náš parametr 86,7 cm je parametr hloubky nikoli šířky hlubokomrazícího boxu.“

Zadavatel k požadavku na dodatečné informace sděluje:

Maximální vnější šířka 87 cm požadovaného hlubokomrazícího boxu pro oddělení molekulární genetiky byla v zadávací dokumentaci stanovena právě z důvodu specifické rozteče dveří, tedy z důvodu možnosti stěhování přístroje na místo, kde bude hlubokomrazící box umístěn.

Vzhledem k uvedenému lze nabídnout v zadávacím řízení na 4. část veřejné zakázky hlubokomrazící box pro oddělení molekulární genetiky, jehož některý vnější rozměr (Š x V x H) bude maximálně 87 cm.

V Praze dne 18.5.2015

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

JUDr. Magda Hovorková,
na základě plné moci
(podepsáno elektronicky)