

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

o podlimitní veřejné zakázce
„Iontový kapalinový chromatograf“,

zadávané v souladu s § 25 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona na základě výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Čj. 471/15 ze dne 29. června 2015.

Písemná zpráva zadavatele je vyhotovena v souladu s § 85 odst. 1 a 2 zákona a uveřejněna je na profilu zadavatele v souladu s § 85 odst. 4 zákona

A) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE:

název: **Státní veterinární ústav Praha**
sídlo: Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 - Lysolaje
IČ: 000 19 305
právní forma: státní příspěvková organizace
zastoupený: zastoupený MVDr. Bedřichem Horynou – ředitelem SVÚ Praha

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Hlavním předmětem veřejné zakázky jsou „Chromatografy“ – kód CPV 38432200-4. Předmětem plnění zakázky je dodávka zcela nového a nepoužitého iontového kapalinového chromatografu (biokompatibilního) dle následně uvedených technických podmínek dodávky, vymezujících minimální technickou úroveň požadovaného plnění:

Dvoukanálový biokompatibilní - iontový chromatograf s možností provádět případně i 2D separace
Kanál 1 v mikroanalytický (2 mm) pro stanovení aniontů s vodivostní detekcí.

Kanál 2 v mikroanalytický (2 mm) pro stanovení aminokyselin a cukrů s amperometrickou detekcí.

- Všechny fluidické cesty včetně autosampleru chemicky inertní (nekovové) PEEK provedení pístů kompatibilní s mobilní fází pH 0–14 a s reverzní fází.
- Tlakový rozsah pump 0–35 MPa, 0–5000 psi.
- Rozsah průtoků 0.001–10.000 ml/min v 0.001 ml/min krocích.
- Přesnost průtoku: <0.1%
- Správnost průtoku: <0.1%
- Termostatovaný autosampler umožňující simultánní nebo sekvenční nástřik do obou kanálů.
- Isokratická analytická pumpa (2 mm).
- Kvarterní analytická pumpa (2 mm).
- Isokratická analytická pumpa (2 mm) pro externí regeneraci suppressoru ve spojení s MS.
- Elektrolytický generátor eluentu s koncentračním rozsahem 0.01–100 mM.
- Kontinuálně regenerovatelná trap kolona mobilní fáze.
- Možnost použití eluentů KOH, LiOH, NaOH, Uhličitán/Hydrogenuhlíčan, MSA.
- Tři nezávislé termostaty kolon v rozsahu minimálně 15–40°C s teplotní stabilitou maximálně ± 0.2 °C.
- Digitální vodivostní detektor s teplotní kompenzací, rozsahem nejméně do 15.000 uS/cm, rozlišením minimálně 0.003 nS/cm a šumem < 0.1 nS při 1 µS/cm.
- Amperometrický detektor s možností měření v režimech IPAD v rozsahu 50 pC až 200 µC a DC amperometrie v rozsahu 5 pA až 70 µA.
- Propojení přístroje s hmotnostními detektory ABSciex 4500 a 5500 Q-trap.
- Řízení pomocí jednotného SW, dodání včetně řídicího PC a SW.
- Nezbytný spotřební materiál pro provoz systému včetně přípravy eluentu, suppressor a všechny kolony pro uvedené aplikace.

Aplikační podpora a uvedení metod do provozu:

Kanál 1 - Stanovení aniontů a polárních pesticidních látek v rozsahu: fluoridy, chloridy, sírany, fosforečnany, dusitany, dusičnany, bromičnany, chloritany, glyfosát, AMPA.

Kanál 2 - Stanovení aminokyselin a cukrů.

Součástí dodávky iontového kapalinového chromatografu je jeho doprava do místa plnění, instalace, zavedení metod a prokázání požadovaných analytických schopností, uvedení iontového kapalinového chromatografu do provozu, zajištění záručního servisu na kompletní dodávku dle zadávacích podmínek a nabídky uchazeče a uživatelský manuál / návod k obsluze iontového kapalinového chromatografu v listinné podobě a v českém jazyce. Předmětem plnění záručního servisu je zejména:

- provedení zaškolení obsluhy iontového kapalinového chromatografu na místě instalace,
- zajištění servisní opravy od jejího nahlášení do 24 hodin,
- zajištění funkčního dispečinku pro příjem hlášení o poruchách v pracovní dny od 08:00 hod. do 16:00 hod.
- servis bude prováděn lokálně dostupnými vyškolenými servisními technikami.

3. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ:

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě činí 2.609.712,00 Kč bez DPH.

B) Zvolený druh zadávacího řízení:

V souladu s § 25 písm. a) zákona zvoleno zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona, zahájené na základě výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Čj. 471/15 ze dne 29. června 2015.

C) Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, jaká část zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE:

Nabídka pořadové číslo 1

Obchodní firma/název uchazeče	AMEDIS, spol. s r.o.
Sídlo uchazeče	Bobkova 786, 787, 198 00 Praha 9
Právní forma uchazeče	společnost s ručením omezeným
IČ:	485 86 366

2. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky měla být ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii nabídková cena a cena servisního zásahu. Podána však byla pouze jediná nabídka, která vyhověla veškerému posouzení. Hodnotící komise proto v souladu s § 79 odst. 6 zákona neprovedla hodnocení nabídek, jelikož by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče. Úspěšnost nabídek a tím i první pořadí tak bylo dáno kladným posouzením jediné podané nabídky. Uchazeč AMEDIS, spol. s r.o. ve své nabídce pořadové číslo 1 dokladoval tyto hodnoty dílčích hodnotících kritérií:

- | | |
|----------------------------|--|
| I. nabídková cena | 2.609.712,00 Kč bez DPH |
| II. cena servisního zásahu | 1.700 Kč bez DPH / hod. a 50 Kč bez DPH / km |

3. JAKÁ ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÁ BÝT PLNĚNA PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE:

Veřejné zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.

D) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Nabídka pořadové číslo 1:

Obchodní firma/název uchazeče	AMEDIS, spol. s r.o.
Sídlo uchazeče	Bobkova 786, 787, 198 00 Praha 9
Právní forma uchazeče	společnost s ručením omezeným
IČ:	485 86 366
nabídková cena:	2.609.712,00 Kč bez DPH

E) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Uchazeč o veřejnou zakázku nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

F) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu:

Nabídka podaná na veřejnou zakázku neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

G) Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:

K zadání částí této veřejné zakázky nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění.

H) Důvod zrušení zadávacího řízení:

Zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku nebylo zrušeno.

V Praze dne 12. 08. 2015

Ing. Jan H á r o v n í k
S.I.K., spol. s r.o., Paříkova 354/5, Praha 9, IČ: 251 08 433
zástupce zadavatele v řízení dle § 151 zákona