

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Ultracentrifuga 800 000 g
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2017-017296
Název projektu:	FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)
Reg. č. projektu:	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Sídlo zadavatele:	Hudcova 296/70, 621 00 Brno
IČO zadavatele:	00027162
Zastoupen:	Mgr. Jiřím Kohoutkem, Ph.D.
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V Příloze 1 - Minimální požadované technické parametry uvádíte Záruku 10 let na jednotku pohonu, přitom v návrhu kupní smlouvy je v odst. 4.1 uvedena záruka na jednotku pohonu v délce 60 měsíců. Prosíme o sjednocení délky záruky.

Odpověď:

Zadavatel sjednocuje délku záruky na 120 měsíců (10 let).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V Příloze 1 - Minimální požadované technické parametry uvádíte jako Doplnkové zařízení "Zařízení pro tvorbu hustotního gradientu a sběrač frakcí z ultracentrifugačních zkumavek (min. 6 zkumavek v jednom běhu)".

Podle našich vědomostí a provedeného průzkumu trhu je zařízení pro tvorbu hustotního gradientu pro 6 zkumavek v jednom běhu běžné, ale sběrač frakcí z 6 ultracentrifugačních zkumavek v jednom běhu na trhu není, běžné jsou sběrače frakcí pouze z jedné ultracentrifugační zkumavky v jednom běhu.

Prosíme o změnu znění specifikací a přiřazení požadavku "(min. 6 zkumavek v jednom běhu)" pouze k "Zařízení pro tvorbu hustotního gradientu" a umožnění nabídnutí sběrače frakcí pro jednu ultracentrifugační zkumavku v jednom běhu.

Odpověď:

Zadavatel na základě provedeného průzkumu trhu před zahájením zadávacího řízení disponuje informací, že uvedené zařízení na trhu existuje. Zadavatel trvá na uvedeném požadavku

V souvislosti s provedenou změnou zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 8. 2017 do 13:00 hod. Otevírání obálek proběhne tentýž den od 13:00 hod. Místo pro podání obálek a jejich otevírání zůstává beze změny.

V Brně dne 12. 7. 2017



Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Zastoupený společností

Public Market Advisory s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel