



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

ÚTVAR: Sekce ekonomická a správní

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 17. 7. 2017

SPISOVÁ ZN.:
NAŠE ČJ.: UKZUZ 071156/2017

VYŘIZUJE: H. Romanová
TELEFON: 543 548 377
E-MAIL: hana.romanova@ukzuz.cz
ADRESA: Hroznová 2, 656 06 Brno

DATUM: 19. 7. 2017

Dodatečné informace k veřejné zakázce „Dodávka automatického pH metru – 2 ks“

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ 00020338 jako zadavatel veřejné zakázky „Dodávka automatického pH metru – 2 ks“ obdržel dne 17. 7. 2017 následující požadavek k této veřejné zakázce:

Požadavek: Prosíme o upřesnění požadavku na třepačku pro možnost externí přípravy vzorků před měřením, tj. základní specifikaci třepačky a počet požadovaných kusů.

Odpověď zadavatele: Zadavatel upřesňuje technické parametry třepačky:

- rozsah otáček 20 – 500 (ot./min.),
- amplituda 4 mm,
- úhel výkyvu 0°,
- max. nosnost 7,5 kg,
- rozměry (š x hl x v) 270 x 316 x 98 mm,
- pohyblivý stůl 320 320 mm,
- typ pohybu orbitální.
- počet kusů : 1

Odpověď na požadavek tazatele bude formou dodatečných informací zaslána do datových schránek tazatele a účastníků, kteří byli obesláni výzvou k podání nabídky a dále bude zveřejněna na profilu zadavatele.

V souladu s výše uvedeným zpřesněním technického požadavku zadavatele, dochází v čl. III. Požadavky zadavatele k předmětu zakázky k doplnění technické specifikace.

Ing. Daniel Jurečka
ředitel ústavu