

ÚTVAR: Sekce ekonomická a správní

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.:

NAŠE ČJ.: UKZUZ 072962/2017

VYŘIZUJE: H. Romanová

TELEFON: 543 548 377

E-MAIL: hana.romanova@ukzuz.cz

ADRESA: Hroznová 2, 656 06 Brno

DATUM: 24. 7. 2017

Dodatečné informace č. II. k veřejné zakázce „Dodávka automatického pH metru – 2 ks“

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ 00020338 jako zadavatel veřejné zakázky „Dodávka automatického pH metru – 2 ks“ sděluje formou dodatečných informací č. II. tuto úpravu technických parametrů třepačky zveřejněné v dodatečných informacích ze dne 19. 7. 2017 k výše uvedené zakázce (dále jen „Výzva“).

- amplituda 10 mm,
- rozměry (š x hl x v) 360 x 420 x 98 mm,
- pohyblivý stůl 330 x 330 mm,

ostatní požadované technické parametry třepačky zůstávají v platnosti.

Vzhledem k charakteru úpravy Výzvy zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Daniel Jurečka
ředitel ústavu