

Dobrý den,

budeme akceptovat pouze zařízení, jehož parametry vyhovují těm v zadávací dokumentaci. Vaše návrhy jsou pro nás neakceptovatelné.

S pozdravem

Ing. Jiří Trnka  
manager oddělení pro transfer technologií

Dne 30.8.2017 v 13:57 Langová Jana napsal(a):

Dobrý den,

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ"), Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Dodávka pilotního (laboratorního) fermentoru“.

Náš dotaz zní:

Zadavatel v technické specifikaci udává, že při celkovém objemu fermentoru 125 – 150 L požaduje minimální pracovní objem 20 litrů. Tento objem je vzhledem k celkovému objemu bioreaktoru velice malý a nezvyklý. Bude zadavatel akceptovat zařízení s minimálním objemem kolem 24 litrů a celkovým pracovním objemem 100 litrů? Případně bude zadavatel akceptovat bioreaktor s pracovním objemem 200 L a minimálním pracovním objemem 41 litrů?

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

**Jana Langová, DiS.**  
*Ekonomicko-právní pracovník*

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1, 621 00 Brno  
Czech Republic  
Phone: +420 549 124 157  
e-mail: [jana.langova@biovendor.cz](mailto:jana.langova@biovendor.cz)