

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217

Název veřejné zakázky: **GC/MS – pro lipidomiku**

Evidenční číslo ve VVZ: **Z2017-017291**

Název projektu: **FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)**

Reg. č. projektu: **CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495**

Druh veřejné zakázky: **Dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Název zadavatele: **Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.**

Sídlo zadavatele: **Hudcova 296/70, 621 00 Brno**

IČO zadavatele: **00027162**

Zastoupen: **Mgr. Jiřím Kohoutkem, Ph.D.**

Adresa profilu zadavatele: **https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html**

Zadavatel, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., tímto v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), předkládá písemnou zprávu zadavatele pro veřejnou zakázku.

Označení zadavatele	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., se sídlem Hudcova 296/70, 621 00 Brno, IČO: 000 27 162
Předmět veřejné zakázky	Předmětem zakázky je dodávka technologie: Plynový chromatograf GC/MS pro lipidomiku. Systém GC-MS na bázi jednoduchého kvadrupólu s ionizací EI a CI s preparativním LC slouží k charakterizaci lipidických molekul s nízkou molekulovou hmotností pomocí plynové chromatografie a pomocného zařízení pro separaci a frakcionaci. Systém obsahuje plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) a zařízení pro chromatografickou separaci a frakcionaci komplexních biologických vzorků. Plynový chromatograf musí být vybavený injektorem pro programované vypařování vzorku (PTV) s teplotním rozsahem minimálně do 400° C s možností kryofokusace a automatickým dávkovačem kapalných vzorků. Hmotnostní spektrometr musí být vybaven elektronovou (EI) a chemickou (CI) ionizací, jednoduchým kvadrupólem, s 90° zahnutým RF vstupem a aktivní fokusací pomocí helia a fokusační celou s geometrií 90° a skenovacími režimy: Full Scan, SIM a kombinace Full Scan-SIM.

	Zařízení pro chromatografickou separaci a frakcionaci vzorků musí obsahovat kvartérní gradientovou pumpu, automatický dávkovač vzorků a termostat kolon pro kapalinovou chromatografii, vše kompatibilní se stávající hardwarovou a softwarovou platformou (SW Analyst, DCMSLink).
Cena sjednaná ve smlouvě, pokud byla uzavřena	3 426 788 Kč bez DPH.
Použitý druh zadávacího řízení	Otevřené nadlimitní řízení.
Označení účastníků zadávacího řízení	AMEDIS, spol. s r.o., Bobkova 786/4, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČO: 48586366.
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení	Není relevantní.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru	AMEDIS, spol. s r.o., Bobkova 786/4, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČO: 48586366. K hodnocení byla jediná nabídka, která splňovala podmínky Textové části zadávací dokumentace i zákona.
Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi	Není relevantní.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita	Není relevantní.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito	Není relevantní.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito	Není relevantní.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo	Není relevantní.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity	Zadavatel nedisponuje dostatečným technickým zázemím pro umožnění podání nabídky elektronickými prostředky.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn	Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci	Není relevantní.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci	Není relevantní.

V Brně dne 5. 11. 2017

Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
pověřen zadavatelem