

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217

Název veřejné zakázky:	CD spektrofotometr pro analýzu struktury proteinů
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2017-017295
Název projektu:	FIT (Farmakologie, Immunoterapie, nanoToxikologie)
Reg. č. projektu:	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Sídlo zadavatele:	Hudcova 296/70, 621 00 Brno
IČO zadavatele:	00027162
Zastoupen:	Mgr. Jiřím Kohoutkem, Ph.D.
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

Zadavatel, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., tímto v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), předkládá písemnou zprávu zadavatele pro veřejnou zakázku.

Označení zadavatele	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., se sídlem Hudcova 296/70, 621 00 Brno, IČO: 000 27 162
Předmět veřejné zakázky	Předmětem zakázky je dodávka technologie Spektrometr pro měření absolutního cirkulárního dichroismu. CD spektrofotometr umožňuje stanovení sekundární struktury proteinů (proteinových antigenů) a peptidů, které budou připravovány v rámci projektu FIT pro konstrukci vakcín, vývoj diagnostik a teranostik. Další využití je plánováno pro studium elasticity lipidních membrán, stanovení změny konformace a termální stability biopolymerů. Technologie je plánována pro výzkum a vývoj nanočástic na bázi lipoplexů pro cílení léčiv a genetických vakcín ve formě konstruktů nukleových kyselin (siRNA, mRNA, antisens oligonukleotidy, pDNA). Na VUVeL bude CD spektrofotometr využíván v rámci projektu FIT, CENATOX, Admirevet a dalších navazujících výzkumných projektů. Přístroj bude využíván také v rámci spolupráce s ICRC (společná laboratoř pro nanofarmakologii NanoPharm) při vývoji nových diagnostik a teranostik na bázi cílených nanočástic. Přístroj bude také využíván pro srovnávání výsledků s dalšími laboratořemi v

	zahraničí, proto je kladen důraz na měření absolutního cirkulárního dichroismu.
Cena sjednaná ve smlouvě, pokud byla uzavřena	2 948 800 Kč bez DPH.
Použitý druh zadávacího řízení	Otevřené nadlimitní řízení.
Označení účastníků zadávacího řízení	CHROMSPEC spol. s r. o., Jindřicha Plachty 3163/28, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 44794053; ABL&E Handelsgesellschaft m.b.H, Kettenbrückengasse 20, A-1040 Wien, Rakouská republika, IČO FN1411p.
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení	ABL&E Handelsgesellschaft m.b.H, Kettenbrückengasse 20, A-1040 Wien, Rakouská republika, IČO FN1411p. Požadavek na měření signálu cirkulárního dichroismu v rozsahu vlnových délek alespoň 165 – 1100 nm jedním detektorem Jasco nesplňuje. V nabídce je přídatný fotonásobič na pokrytí celého rozsahu. Požadavek na detekci detektorem typu APD („avalanche photodiode detector“) s možností nastavení úrovně výtěžku („gain“) detektoru Jasco nesplňuje. Místo APD, nabízí pouze fotonásobič. Požadavek na dvojhranolový monochromátor (oba hranoly polarizují) přístroj firmy Jasco J1500 CD nesplňuje. Nabízen je dvoumřížkový monochromátor a polarizuje pouze jeden prvek. V technické specifikaci je požadavek na měření absolutního cirkulárního dichroismu, což přístroj Jasco 1500 CD nesplňuje.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru	CHROMSPEC spol. s r. o., Jindřicha Plachty 3163/28, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 44794053. Nabídka vybraného účastníka byla shledána jako ekonomicky nejvýhodnější.
Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi	Není relevantní.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita	Není relevantní.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito	Není relevantní.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito	Není relevantní.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo	Není relevantní.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity	Zadavatel nedisponuje dostatečným technickým zázemím pro umožnění podání nabídky elektronickými prostředky.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn	Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci	Není relevantní.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci	Není relevantní.

V Brně dne 5. 11. 2017

Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
pověřen zadavatelem