

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.



Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves
IČ 00027014, DIČ CZ00027014

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČO 00027014, DIČ 00027014, zastoupena Mgr. Karlem Ryšavým, na základě plné moci

Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ2017 Ř 879

Předmět veřejné zakázky:

Dodávka analyzátoru aminokyselin

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Radi bychom Vám do souťaže na AAA dali naši nabídku a chtěl bych se zeptat, zda požadavek na 5 pufru znamená, že všech 5 pufru požadujete do gradientového míchání, nebo staci 4 pufrů do gradientu a třeba pátý pufr pouhým prepnutím jako singl do pumpy a na kolonu jako zavercebná regenerace louhem. Vy totiž v zadávací dokumentaci nemáte čerpání vůbec specifikované.

Další dotaz, zda požadujete i kolonu, která opět není uvedena ani specifikována.

A třetí, zda požadujete návody na analýzy, myslím tím gradientové programy skokové výměny pufru či pozvolná změna pH a iontové síly mícháním různých pufru jak pro Na, tak i pro Li formy.“


Vysvětlení zadávací dokumentace:

„1. Je požadována možnost všech 5 pufrů gradientově míchat. Čerpání není potřeba specifikovat. V této souvislosti je nutné, aby přístroj a obsluha po zaškolení (včetně předvedení chemických programů) byla schopna ihned provádět analýzy kyselých a oxidativních hydrolyzátů, jak je uvedeno v parametrech analyzátoru v zadávací dokumentaci.

2. Kolony jsou požadovány dvě – kovová a skleněná, ve které je možné zkontrolovat naplnění, resp. čistotu ionexu. Každá z kolon musí umět analýzy uvedené v zadávací dokumentaci.

3. Gradientové programy bude Výzkumný ústav živočišné výroby požadovat při zaškolení a předávání přístroje. Nejčastěji se pracuje v Na cyklu, možnost Li formy však nesmí být vyloučena. Popis gradientového programu musí být k dispozici při zaškolení. Podrobný popis programu průběhu analýzy při podání nabídky do veřejné zakázky není vyžadován.“

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.


Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Mgr. Karel Ryšavý
na základě plné moci