



# VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.

Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves

IČ 00027014, DIČ CZ00027014

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

a

### OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku VZ2017 Ř839 „Laboratorní přístroje 2017“

(dále jen „Veřejná zakázka“)

Veřejný zadavatel Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČO: 000 27 014, jehož jménem jedná doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D., v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZozVZ“), poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti ze strany účastníků zadávacího řízení a provádí změnu zadávací dokumentace.

#### K části 5: Centrifuga

#### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

*„V rámci minimálních technických požadavků je i požadavek na maximální otáčky 30 000 RPM. U technických parametrů odstředivek je důležitější rychlostní údaj RCF. Bude zadavatel akceptovat nižší RPM než 30 000 při RCF vyšším než 30 000?“*

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Zadavatel nebude akceptovat nižší max. otáčky než 30000, jelikož hodnota RCF kolem 30000 může odpovídat i polovičním max. otáčkám, což radikálně snižuje požadavky na přístroj, jeho parametry a výslednou cenu.

Vzhledem k tomu, že Zadavatel nebyl schopen poskytnout odpověď na výše uvedené podněty ve lhůtě stanovené v § 98 odst. 4 ZozVZ, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **9. ledna 2018 v 9:45 hodin.**

Otvírání obálek s nabídkami proběhne dne 9. ledna 2018 v 10:00 hodin v sídle zadavatele na adrese Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves.

Ostatní podmínky zadávací dokumentace se nemění.

V Praze dne 18. 12. 2017

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

ředitel