



Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

na veřejnou zakázku VZ2017 Ř879 „Analyzátor aminokyselin“

Veřejný zadavatel – Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČO: 000 27 014, kterého zastupuje doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D., ředitel, (dále jen „zadavatel“)

vyklučuje z výše uvedeného zadávacího řízení nabídku účastníka zadávacího řízení:

WATREX Praha, s.r.o.

Drnovská 1112/60, Ruzyně, 161 00 Praha 6

IČO: 261 42 376

(dále jen „účastník zadávacího řízení“)

Účastník zadávacího řízení byl ze zadávacího řízení vyloučen na základě posouzení jeho nabídky v souladu s § 48 odst. 2 písm a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZozVZ“). Ačkoliv účastník zadávacího řízení na výzvu zadavatele podle § 46 ZozVZ požadované doklady předložil a chybějící údaje doplnil, z předložených údajů vyplývá, že účastník zadávacího řízení nesplňuje zadávací podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a jejím objasnění.

Odůvodnění:

Hodnotící komise při přezkumu nabídky účastníka zadávacího řízení WATREX Praha, s.r.o. v rámci posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dospěla k závěru, že nabídka účastníka zadávacího řízení nesplňuje níže uvedené požadavky.

I.

Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 1. 12. 2017 uvedl, že „je požadována možnost všech 5 pufrů gradientově míchat“, protože z nabídky účastníka zadávacího řízení zjevně nevyplývalo, zda účastníkem zadávacího řízení nabízený Analyzátor aminokyselin SYKAM S 433-DS (dále jen „přístroj“) umožňuje využití pěti plnohodnotných pufrů najednou. Zadavatel vyzval účastníka zadávacího řízení k objasnění, zda přístroj umožňuje využití pěti plnohodnotných pufrů najednou.

Účastník zadávacího řízení v Objasnění údajů k VZ2017 Ř879 „Analyzátor aminokyselin“ ze dne 15. 2. 2018 (dále jen „objasnění údajů“) uvedl, že „žádný z renomovaných světově uznávaných výrobců tuto podmínku nesplňuje“. Hodnotící komise s tvrzením účastníka zadávacího řízení nesouhlasí, neboť na

Přátelství 815, 104 00

Praha Uhřetěves

Tel.: +420 267 009 650

Fax: +420 267 710 779

IČ: 00027014

DIČ: CZ00027014

E-mail: vuzv@vuzv.cz

www.vuzv.cz

Bankovní spojení: KB Praha 10,

č.ú. 19439101/0100

Registrace:

Rejstřík veřejných výzkumných institucí vedený MŠMT ČR,

spisová značka:17 023/2006-34/VÚŽV

relevantním trhu existují dodavatelé, kteří nabízejí gradient pěti pufrů. Hodnotící komise dospěla k závěru, že nabídka účastníka zadávacího řízení tento požadavek nesplňuje.

II.

Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 6. 12. 2017 požadoval, „aby byla možnost dokoupit a použít skleněnou kolonu, rovněž pro tento typ analýz. Tuto možnost stačí demonstrovat při předání přístroje, aby se obsluha naučila její vložení do přístroje“. Z nabídky účastníka zadávacího řízení možnost nákupu skleněné kolony a její použití nevyplývala. Zadavatel vyzval účastníka zadávacího řízení k objasnění, zda přístroj umožňuje použití skleněné kolony.

Účastník zadávacího řízení v objasnění údajů uvedl, že „zadavatel sice vůbec nepožaduje od účastníka koupit skleněnou kolonu a přesto implicitně vyžaduje, aby si účastník takovouto kolonu někde koupil a zadavateli demonstroval, že tato nijak nespécifikovaná kolona se vejde do kolonového prostoru“. Účastník zadávacího řízení svým tvrzením neobjasnil, zda přístroj umožňuje použití skleněné kolony. Hodnotící komise dospěla k závěru, že nabídka účastníka zadávacího řízení tento požadavek nesplňuje.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí zadavatele lze podat námitky podle podle § 241 odst. 2 ZoZVZ. Lhůta pro podání námitek činí 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení na profilu zadavatele.

V Praze dne 6. 2. 2018



Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

ředitel