



ZPRÁVA O PRŮBĚHU PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE

**„Nákup kapalného argonu
a pronájem kryogenního zásobníku“**

Předběžná tržní konzultace (dále jen „konzultace“) se konala v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Tato zpráva obsahuje informace podle § 36 odst. 4 věty druhé zákona, které nejsou obsaženy v hlavní části zadávací dokumentace.

OBSAH

A. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele	3
B. Předmět a cíl konzultace.....	3
C. Průběh konzultace	3
D. Osoby, které se podílely na konzultaci	3
E. Výsledek konzultace	3
F. Příloha.....	3

A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo zadavatele: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf

B. PŘEDMĚT A CÍL KONZULTACE

Cílem konzultace bylo zjištění informací potřebných pro přípravu zadávacích podmínek veřejné zakázky. Účelem veřejné zakázky je zajištění zdroje kapalného argonu pro odběr plynného argonu vodohospodářskou laboratoří zadavatele na adrese Na Hutmance 5a, 158 00 Praha 5 – Jinonice, zejména pro provoz přístrojů ICP-MS, a to v předpokládaném časovém horizontu 6 let.

Zadavatel požádal relevantní dodavatele jako potenciální účastníky konzultace o zaslání stručného návrhu optimálního řešení dodávky kapalného argonu pomocí doplňovaného pronajatého stacionárního zásobníku nebo dováženého pronajatého mobilního zásobníku pro uvažovanou spotřebu cca 500–600 l měsíčně, včetně technologie nezbytné k převodu argonu z kapalného do plynného stavu.

Navrhované řešení by mělo nabídnout optimální velikost zásobníku z hlediska odběru plynu a četnosti závozu/doplňování zásobníku. Zároveň musí být splněny všechny související právní předpisy a normy týkající se umístění zásobníku kapalného argonu ve stávajícím zděném přístřešku o šířce 172 cm, hloubce 122 cm a výšce 250 cm, s otevíratelnými vraty v plné šířce a zvedací střešou.

Zadavatel umožnil osloveným dodavatelům na jejich žádost prohlídku místa plnění veřejné zakázky (fotografie místa plnění veřejné zakázky tvoří přílohu této zprávy).

C. PRŮBĚH KONZULTACE

Dne 18. 1. 2018 zadavatel oslovil prostřednictvím e-mailu celkem 4 relevantní dodavatele jako potenciální účastníky konzultace. Dne 19. 1. 2018 zadavatel obdržel návrh řešení od 1 z oslovených dodavatelů. Dne 31. 1. 2018 umožnil zadavatel na žádost 1 z oslovených dodavatelů zástupci tohoto dodavatele prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Dne 31. 1. 2018 zadavatel obdržel návrh od dalšího z oslovených dodavatelů. Návrh řešení zadavateli zaslali celkem 2 ze 4 oslovených dodavatelů. Poté, co se zadavatel seznámil s jednotlivými návrhy řešení, již v rámci konzultace nevedl s oslovenými ani jinými dodavateli další komunikaci.

D. OSOBY, KTERÉ SE PODÍLELY NA KONZULTACI

Z oslovených dodavatelů se na konzultaci podíleli dodavatelé Linde Gas a.s., IČO 00011754, se sídlem U Technoplynu 1324, Kyje, 198 00 Praha 9, a AIR PRODUCTS spol. s r.o., IČO 41324226, se sídlem Ústecká 1335/30, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín, kteří zaslali zadavateli svůj návrh řešení, a dodavatel SIAD Czech spol. s r.o., IČO 48117153, se sídlem K Hájům 2606/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, jehož zástupci zadavatel umožnil prohlídku místa plnění veřejné zakázky (návrh řešení tento dodavatel zadavateli nezaslal).

E. VÝSLEDEK KONZULTACE

Na základě konzultace byla zadavateli potvrzena existence 2 možných řešení, která předpokládal jako možná již před zahájením konzultace, a to provádění dodávky kapalného argonu pomocí cisternou doplňovaného pronajatého stacionárního zásobníku o objemu 230 l, nebo pomocí dováženého pronajatého mobilního zásobníku o objemu 600 l, u kterého bude vždy prováděna výměna prázdného zásobníku za plný za současného připojení záložní lahve s plynným argonem do rozvodu plynného argonu. Výsledek konzultace byl zohledněn při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky.

F. PŘÍLOHA

3 × fotografie místa plnění veřejné zakázky

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov



Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční