

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu
na službu s názvem

REKALIBRACE PRŮTOKOMĚRŮ 2018

Číslo veřejné zakázky dle evidence zadavatele: VZ 1113

Zadavatel:

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ostrava, 28.5.2018

1. Název zakázky a základní údaje o zadavateli

Tato zadávací dokumentace se týká zakázky na službu s názvem:

REKALIBRACE PRŮTOKOMĚRŮ 2018

Základní údaje o zadavateli:

Název/Obchodní firma: Povodí Odry, státní podnik
IČ: 70890021
DIČ: CZ70890021
Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Kontaktní osoba: Ing. Petr Adamovský
Telefon, fax: Tel: 596 657 234, 603 847 270
E-mail: adamovsky@pod.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky (dále jen VZ) je rekaliibrace 8 ks indukčních průtokoměrů KROHNE o průměru DN 200 – 1000 pro měření odebraného množství surové vody v místech odběru.

Odběratel vody	Místo odběru	Průměr DN
SmVaK Ostrava	VD Šance	1000
	UV Podhradí	1000
OKD a.s. Důl Darkov	VD Těrlicko	500
	VD Těrlicko	500
Veolia Energie ČR, a.s.	Elektrárna Třebovice	300
	Elektrárna Třebovice	300
Likvidace Odpadu CZ a.s.	ČS Lubina	250
MS Utilitie a services	ČS Olše	200

Podrobná specifikace rozsahu prací na jednotlivých místech odběru:

- odpojení kabelů snímače, demontáž převodníku
- demontáž a vytažení průtokoměru
- montáž náhradního TP kusu na místo průtokoměru a zprovoznění odběru vody (náhradní TP kusy má zadavatel k dispozici)
- zajištění rekaliibrace průtoměru ve smyslu Zákona č. 505/90 – pracovní měřidlo stanovené včetně certifikátu
- demontáž náhradního TP kusu, zpětná montáž průtokoměru a zprovoznění odběru vody
- napojení kabelů snímače, zprovoznění měření
- zajištění elektrorevize rozvaděče měření
- povrchová úprava potrubí, přírub a montážní vložky proti korozi po zpětné montáži
- protokolární předání dodávky včetně předání technické dokumentace (revizní zpráva, certifikát o kalibraci, doklad o nastavení převodníku apod.)
- Součástí zakázky je dodávka nového snímače magneticko-indukčního průtokoměru DN 500/PN 16 s krytím IP 68, délkou kabelů 30m, k připojení ke

stávajícímu převodníku KROHNE IFC300 W, včetně nastavení parametrů převodníku a následného ověření v souladu se Schválením typu měřidla.

3. Lhůta plnění

Lhůta plnění zakázky

Předpokládaný termín montážních prací je od července 2018 nejpozději do 15.12.2018.

Maximální délka provádění recalibrace jednoho kusu průtokoměru je 14 dní s výjimkou, kdy si podmínky určí odběratel vody.

4. Obchodní podmínky

Součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy o dílo na provedení zakázky. Předložený návrh smlouvy o dílo je pro účastníky zadávacího řízení závazný. V textu návrhu smlouvy o dílo jsou vyznačeny poznámky o údajích, které vyplynou z nabídky účastníka, tj. nabídková cena, datum podání nabídky. Návrh smlouvy o dílo je přílohou zadávací dokumentace.

Vyjmenované obchodní podmínky:

- Faktura bude vystavena po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- Platební podmínky – objednatel neposkytuje zálohu, vystavení faktury – neprodleně po předání, úhrada faktury – do 14 dnů ode dne vystavení.
- V případě, že bude zhotovitel v prodlení s prováděním recalibrace dle sjednaného termínu plnění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý započatý den prodlení.
- V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktury, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- Záruční lhůta na provedené práce činí 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí

5. Prokázání kvalifikace

K prokázání kvalifikace účastník doloží dále uvedené doklady:

- Oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky. Doklad o oprávnění k podnikání dle zvl. právních předpisů v rozsahu předmětu VZ - výroba, demontáž a montáž na potrubí, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů.
- Seznam zakázek za posledních 3 let s montážemi na potrubí podobného charakteru, z nichž minimálně dvě musí být realizovány na potrubí o průměru DN500 nebo větším s cenou zakázky min. 0,3 mil Kč

6. Pravidla pro hodnocení nabídek

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle jediného kritéria – nabídková cena v Kč bez DPH.

Hodnocení nabídek provede zadavatel seřazením nabídek podle absolutní hodnoty výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Předpokládaná hodnota této zakázky je 1 500 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl v nabídce cenu předmětu VZ v následujícím členění v Kč bez DPH :

odběratel	Počet průtokoměrů	Termín realizace od	Ukončení realizace do	Cena
SmVaK Ostrava	2	Dle dohody	14 dnů od zahájení	
OKD a.s. Důl Darkov	2	Dle dohody	14 dnů od zahájení	
Veolia Energie ČR, a.s.	2	Dle dohody	14 dnů od zahájení	
Likvidace Odpadu CZ a.s.	1	Dle dohody	14 dnů od zahájení	
MS Utilitie a services	1	Dle dohody	14 dnů od zahájení	
ČEZ Energetické služby	1	Dle dohody	14 dnů od zahájení	
Cena celkem				

Vybraný dodavatel ve lhůtě do 15 dnů od oznámení výsledků výběrového řízení předá zadavateli harmonogram realizace rekalicací na daných lokalitách po dohodě s odběrateli.

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s plněním VZ:

- dodání veškerého spojovacího a těsnicího materiálu pro montáž náhradního TP kusu
- veškeré náklady spojené s provedením kalibrace průtokoměru na stolici (nakládka, transport, cejchování, služby metrologa apod.)
- dodání veškerého spojovacího a těsnicího materiálu pro montážní vložku
- dodání veškerého spojovacího a těsnicího materiálu pro zpětnou montáž průtokoměru
- zajištění potřebných strojů a zařízení k montážním pracím
- zajištění nakládky a převozu náhradního TP kusu
- veškerý materiál pro provedení povrchové úpravy proti korozi
- náklady na elektrorevizi
- dodávka nového snímače magneticko-indukčního průtokoměru DN 500/PN 16 s krytím IP 68, délkou kabelů 30m, k připojení ke stávajícímu převodníku KROHNE IFC300 W

8. Podání nabídek, požadavky zadavatele na obsahové členění a předložení nabídky

Lhůta pro podání nabídky: 22.6.2018 do 10:00 hod

Obsah a členění nabídky:

Účastník předloží nabídku v jednom vyhotovení v písemné formě a v rozsahu stanoveném dále. Nabídka nesmí obsahovat jakékoliv přepisy, opravy nebo symboly, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Rozsah a obsah dokumentů nabídky jsou stanoveny následovně:

- a) Vyplněný formulář „**Krycí list nabídky**“ (viz příloha č. 1) opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být přílohou titulního listu).
- b) **Doklady k prokázání kvalifikace** – dle kapitoly 5. zadávací dokumentace
- c) **Cenová nabídka** – zpracovaná v souladu s požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny v kapitole 7.
- d) **Návrh smlouvy o dílo** vypracovaný v souladu se zadavatelem předloženým návrhem smlouvy o dílo v zadávací dokumentaci a podepsaný oprávněným zástupcem účastníka. Návrh smlouvy o dílo je závazný, účastník pouze doplní požadované údaje:
 - smluvní strany – identifikační údaje účastníka
 - bod 1.2. – identifikace a kontakt na zástupce zhotovitele
 - bod 5.1. – datum zpracování nabídky účastníka a cena díla
 - místo, datum, podpis a razítko na straně zhotovitele

Předložení nabídky

- Nabídku zašlete na adresu sídla zadavatele v uzavřené obálce opatřené na místě uzavření razítkem účastníka (případně lze ve lhůtě pro podání nabídek osobně odevzdat na podatelnu v sídle zadavatele v pracovní dny v době od 7:00 do 13:00 hodin). Obálka bude na přední straně obsahovat adresu účastníka, adresu zadavatele a bude označena nápisem:

Rekalibrace průtokoměrů 2018

zakázka na službu č.1113

NEOTVÍRAT

- Nabídka doručená po lhůtě pro podání nabídek nebude považována za nabídku podanou v tomto zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

9. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatelé jsou oprávněni požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zaslána prostřednictvím profilu zadavatele (viz. výše) nebo na v úvodu uvedený kontakt zadavatele, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Pokud zadavatel poskytne vysvětlení na žádost, která není doručena včas, nemusí dodržet lhůtu podle následujícího odstavce.

Vysvětlení zadávací dokumentace a případné dokumenty související s vysvětlením zadavatel uveřejní na profilu zadavatele, tj. na adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html, a to nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek a zároveň zašle odpověď dodavateli, který žádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

10. Ostatní informace k zakázce malého rozsahu

- Otevírání nabídek je neveřejné.
- Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 30 kalendářních dnů. Počátek zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Po dobu běhu zadávací lhůty nesmí účastníci ze zadávacího řízení odstoupit.
- S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva o dílo.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu bez uvedení důvodu zrušit.

Přílohy

- Příloha č. 1 – Krycí list
- Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo

V Ostravě dne:



.....
Ing. Petr Březina, technický ředitel

